

FICHE TECHNIQUE

Page 199 Catalogue Général 2020

Pipettes graduées

codes 200002 - 200006 - 200062.0 - 200007 - 200037 - 200003 - 200032.0 - 200004 - 200034

mòd.	code	présentation	stérile	longueur mm	Ø de la tige (mm)	graduée jusqu'à ml	capacité totale (ml)	capacité du bulbe (ml)	capacité du tige (ml)	graduations ml
A	200002	10 x 500	non	152	7,1	2	4,8	1,8	3	0,50
B	200006	10 x 500	non	155	7,8	3	7,5	3,2	4,3	0,50
B	200062.0	10 x 500 sacs 20 u.	STERILE EO	160	7,8	3	B 7,0	3,2	3,8	0,50
PPP3S B	200007	10 x 100 peel-pack	STERILE EO	154	7,8	3	7,0	3,2	3,8	0,50
B	200037	10 x 100 flow-pack	STERILE EO	154	7,8	3	7,0	3,2	3,8	0,50
C	200003	6 x 500	non	155	4,6	1	5,8	3,4	2,4	0,25
C	200032.0	6 x 500 sacs 20 u.	STERILE EO	158	5,0	1	5,0	3,1	1,9	0,25
C	200004	10 x 100 peel-pack	STERILE EO	154	5,0	1	5,0	3,1	1,9	0,25
C	200034	10 x 100 flow-pack	STERILE EO	154	5,0	1	5,0	3,1	1,9	0,25

code	poids du carton	volume du carton	quantité de palette
200002	7,86	0,099	100.000
200006	9,65	0,100	100.000
200062.0	12,16	0,130	35.000
PPP3S 200007	4,20	0,051	40.000
200037	3,92	0,073	40.000
200003	5,10	0,061	90.000
200032.0	6,48	0,067	48.000
200004	3,80	0,051	40.000
200034	4,50	0,071	40.000


RÉALISÉ	VERIFIÉ	APPROUVÉ
Soti Khiev Département du Marketing	Anna Mir Directeur Technique du Développement, Qualité et Environnement	Mónica Torras Directeur des Ventes et du Marketing

FICHE TECHNIQUE

Pipettes graduées

PPP3S

codes 200002 - 200006 - 200062.0 - 200007 - 200037 - 200003 - 200032.0 - 200004 - 200034



USE

En polyéthylène inerte, transparent, de faible densité.

Tolérance volumétrique: $\pm 10\%$.

RÉALISÉ	VERIFIÉ	APPROUVÉ
Soti Khiev Département du Marketing	Anna Mir Directeur Technique du Développement, Qualité et Environnement	Mónica Torras Directeur des Ventes et du Marketing