

ATTESTATION DE CONFORMITE

N° 356921/1 indice 0

Documents de référence : Normes NF EN ISO 23907 et NF X 30-511
Reference documents

Fabricant : SANYPICK PLASTIC, S.A.
Manufacturer

Type d'emballage : Contenedor Biogrip 30L
Type of packaging

Identification : Voir rapports d'épreuve BVT 356921 indice 0 et BVT 356921 complément A indice 0
Identification

Les emballages identifiés ci-dessus ont subi avec succès les essais réalisés selon les normes NF EN ISO 23907 et NF X 30-511


Packaging identified above successfully passed testing according to NF EN ISO 23907 and NF X 30-511 normative

La conformité des essais aux normes NF EN ISO 23907 et NF X 30-511 n'aliène en rien la responsabilité du demandeur en le respect des autres exigences

Testing conformity with NF EN ISO 23907 and NF X 30-511 normatives do not prevent applicant from respecting others requirements

Fait à Fresnes,
le 05/10/2016

Le responsable de l'organisme agréé
Mme E. FRAGU

F₀ M. DAROLLES

BVT
apave

Toute modification de l'emballage peut invalider cette attestation
Any modification in tested packaging may invalidate this certificate.

La version des documents spécifiés est celle en vigueur à la date d'émission de cette attestation
Version of the specified documents is the one at the date of the emission of this certificate