

医療用品 3 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋（JMDNコード：70976000）

ニトリルグローブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

<形状図>



- (1) 主材料：ニトリルゴム
- (2) パウダーフリー
- (3) 未滅菌
- (4) 表面の一部が粗面の手袋
- (5) 左右兼用タイプ
- (6) サイズのバリエーション：XS, S, M, L の4サイズ

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査・検診を行う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する合成素材製手袋である。（歯科用手袋を除く。）

【使用方法等】

包装より手袋を取り出し、手に装着する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- (1) 体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあるので、異常を感じたら使用を中止し、適切な処置を施すこと。
- (2) 薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりするおそれがあるので確認の上、使用すること。
- (3) 使用中に破損やピンホールなどの異常が認められた場合は新しい製品に交換すること。
- (4) 刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがあるので注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

水ぬれに注意し、高温や湿気が多い場所、直射日光、人工光、エックス線、その他のオゾン源を避けること。

<有効期間>

使用期限は包装に記載（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

株式会社グライナー・ジャパン

電話番号：03-3505-8050

製造業者：

ワイティールワイ・インダストリー（マンジョン）

[YTY Industry (Manjung) Sdn. Bhd.]

マレーシア