Safety Solutions

Sharpsafe® 9 l H

Emballer les déchets médicaux à risque - Modèles spéciaux

SHA-41116610

49 cm

Caractéristiques

- Boite composée de deux parties, une cuve jaune et un couvercle translucide
- Assemblage aisé par simple pression avec témoin sonore de mise en sécurité : 4 « clics »
- Dispositifs de désolidarisation de tous types d'aiguilles (Luerlock et Luerslip)
- Large ouverture
- Volume de protection de la main de l'utilisateur matérialisé par un espace entre le trait de jauge et la base de l'orifice d'introduction
- Possibilité de bloquer le couvercle sur la face arrière en position ouverte
- Fermeture double : positions provisoire et définitive
- Réouverture de la position provisoire d'une simple pression du doigt
- Niveau de remplissage maximum matérialisé par un trait de jauge noir sur le couvercle translucide
- Marquage par étiquette plastique thermocollée indéchirable, résistante à l'humidité et indécollable à l'autoclavage
- Mentions en français et en néerlandais sur étiquette, avec instructions d'utilisation
- Avec poignée sur cuve jaune
- Utilisable de façon mono-manuelle grâce aux accessoires de fixation
- Accessoires de fixation : bases repositionnables, supports chariots, supports muraux
- Autoclavage validé à 134 °C pendant 18 minutes sur conteneur vide et ouvert
- Origine du produit : Union Européenne

SHA_41116610_9Lh_LabelFNL_MSHBE_FR_092012

MSH sa - Torenstraat 20 - B - 3384 Glabbeek - T +32(0)16 77 89 31 - F +32(0)16 77 12 40 - info@msh.be - **www.msh.be**

FR	**SHA-4111**
Données techniques : *conformités NF302-NFX30511-ADR-EN ISO 23907- TRBA-BS7320*	**Sharpsafe 9L High**
Marquage	**Etiquette plastique thermocollée indéchirable, résistante à l'humidité et indécollable à l'autoclavage**
Dimension HxlxL en mm	498x175x175
Dimension ouverture en mm	110X60
Hauteur à la limite de remplissage à la verticale mm	444,00
Largeur jonction cuve/couvercle (mm)	176,00
Longueur jonction cuve/couvercle (mm)	176,00
Hauteur (mm)	489,00
Capacité nominale (l)	9,00
Capacité réelle (l)	9,37
Capacité utile (l)	6,85
Masse à vide (g)	492,00
Masse brute (g)	4240,00
Taux de remplissage (%)	73,00
	Volume d'eau : 94 ml
Résistance aux dommages et fuites provoqués par une chute	Masse brute totale: 4240 g
	C
Stabilité surface horizontale et verticale : Voir gamme de supports certifiés	C
Utilisation mono manuelle	Utilisable de façon mono manuelle grâce aux accessoires de fixation
Résistance des poignées de transport	Masse brute totale 6360 g
	C
Perforation	C
Quantité par carton	40,00
Poids du carton à vide en g	1570,00
Dimension du carton HxLxl mm	774X352X706
Poids du carton plein kg	20,09
Nombre de carton par palette 1200 x 800	7,00
Nombre de carton par palette 1200 x 1000	
Origine du produit	CE

Informations techniques

- Matériaux — 100 % polypropylène (sans latex)
- Capacité réelle — 8,2 l
- Capacité utile — 6,9 l
- Dimensions de l'ouverture — 55 x 77 mm
- Dimensions du container avec couvercle — 498 (h) x 175 (L) x 175 (l) mm
- Poids — 0,463 kg

Conditionnement

- Quantité par carton — 40
- Dimensions du carton — 774 (h) x 706 (L) x 352 (l) mm
- Poids — 20,1 kg
- Volume — 0,192 m³
- Nombre de cartons par palette — 20
- Dimensions de la palette — 220 (h) x 120 (L) x 100 (l) cm
- Poids de la palette — 402 kg

Conformité

	La norme NF X30-500 est la dernière réglementation et la plus rigoureuse des normes européennes en termes de résistance à la chute, à la perforation et étanchéité.
NF	La marque NF 302 est une garantie de qualité. Elle se distingue par un contrôle continu de la fabrication des produits par le Laboratoire National d'Essais en France.
CONFORMITE BS 7320	La norme BS 7320 (British Standard) a défini des standards rigoureux en termes de résistance à la chute, à la perforation et étanchéité. Cette norme est certifiée via Kitemark.
TRBA 250	Les TRBA 250 sont des règles techniques relatives aux agents biologiques publiées en Allemagne. Leur objectif principal est la réduction des blessures par piqures d'aiguilles.
CONFORMITE un ADR	La législation ADR précise les conditions auxquelles doivent répondre les récipients utilisés pour le transport routier de déchets d'activités de soins à risques infectieux ou assimilés (UN 3291).
ISO	Management de la qualité : ISO 9001:2008 et ISO 13485:2003 Management environnemental : ISO 14001:2004
134°C	Le conteneur ouvert et vide est autoclavable jusqu'à 134 °C pendant 18 minutes (NF 302) suivant les instructions, sauf les modèles avec joint collé Hot Melt.

MSH sa - Torenstraat 20 - B - 3384 Glabbeek - T +32(0)16 77 89 31 - F +32(0)16 77 12 40 - info@msh.be - **www.msh.be**

sharpsafe®

9hL

REF: 4111
Volume total : 9.370L
Volume de remplissage: 7.100L
Masse Brute Maximale: 4.240Kg
Dimensions extérieures: 291x292x195 mm

Option Support: REF. SHA-STAND 4-7-9HL (Base)
REF. Safe-Clip - 45000000 (Mural - rail - barre ronde -carré- vertical - horizontal)

AUTOCLAVABLE A 134ºC PENDANT 18 mn avant utilisation - SELON LA NORME NF X30-511

☐ **Collecteur de poche** ☑ **Boîte pour objets perforants** ☐ **Fût**

MODE D'EMPLOI

Mise en oeuvre du conteneur Sharpsafe :

1. Assemblage : 9 L Haut Sharpsafe est une boîte pour objets perforants - livrée avec base et couvercle à assembler. Placez le couvercle sur la base. Appuyez sur chaque coin (fig 1.) jusqu'au témoin sonore (Clic) Visuellement chaque coin est parfaitement assemblé. Veuillez noter la date de mise en service sur l'encart.

2. Ouverture : 2 possibilités (fig 2.) Appuyez sur la languette ou tirez sur la languette.
Pour une utilisation continue, positionnez le couvercle en ouverture totale avec ergot de blocage



3. Fermeture provisoire : (fig 3.)Appuyer légèrement sur le volet du couvercle de façon à le fermer sans le bloquer définitivement (1 clic). L'ergot de blocage est en position de fermeture provisoire (Témoin visuel cf Fig 4).



4. Fermeture définitive double : Pour chaque couvercle :Appuyez fermement sur la zone empreinte située sur le couvercle (fig 5) jusqu'à entendre les 3 clics sonores correspondant à la mise en blocage définitif de l'ergot principal (fig 6) et des deux ergots latéraux . Témoin visuel de fermeture : fig 7.

5. Elimination définitive du collecteur : Passer en fermeture définitive. Noter la date de fermeture définitive sur l'encart prévu à cet effet. Transporter-le en le tenant par la cuve ou par la poignée latérale jusqu'à la zone d'élimination.

CONSEILS D'UTILISATION

Choisir son conteneur Sharpsafe : (Tous les conteneurs Sharpsafe sur www.hospidex.com)
- Vérifier que l'objet à éliminer n'excède pas la longueur maximale et le diamètre d'ouverture admissible du conteneur.
- Adapter le choix de volume du conteneur à votre production, aux types d'objets à éliminer.
- Choisir votre Sharpsafe en fonction du lieu d'utilisation : Lieux avec ou sans accueil du public
- Choisir les supports adaptés aux procédures de soins : Plateaux Sharpsafe Safe Tray - Base Sharpsafe Safe Stand - Supports verticaux pour pied /rail.
- Consulter notre équipe sur : info@hospidexfrance.com - afin de bénéficier des conseils pratiques, d'une aide au choix des conteneurs Sharpsafe et de beneficier des outils complémentaires de formations des utilisateurs produits.

Éliminer un objet piquant coupant tranchant :
- Ouvrir le conteneur (fig 1.)
- Positionner au dessus de l'ouverture du conteneur les objets piquants, coupants tranchants - partie vulnérante en premier dans le conteneur, en le maintenant d'une seule main.
- Pour les micro-perfuseurs et système de prélèvement avec tubulure : Maintenir l'aiguille par les ailettes et insérer l'extrémité de la tubulure en premier et terminer par l'aiguille à ailette en présentant la partie vulnérante vers le bas.
- Ne pas remplir au-delà de la limite de remplissage :

Le couvercle Sharpsafe est translucide (Ombre des objets visibles par l'extérieur dés que les objets atteignent la zone couvercle). Ceci est un indicateur vous permettant de contrôler le respect de la limite de remplissage.

Pour votre sécurité nous étudions vos collecteurs Sharpsafe pour laisser un espace le plus important possible entre l'ouverture du conteneur et la limite de remplissage. Cela constitue un espace de sécurité. (En option pour les modèles Sharpsafe 2-3-4-7 9-13-24-30 Litres, un clapet interne de double sécurité)

Normés EN-ISO-23907 - NF X30-511 et son annexe A. Certificat ADR.

NF 302 : Certificat NF délivré par le LNE.

CERTIFIÉ PAR LNE NF

Collecteur admis à la Marque NF 302 -EMBALLAGES POUR DECHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS PERFORANTS
Fabrication contrôlée et validée par le LNE. N° Identification 01/01
LNE
1, rue Gaston Boissier 75015 PARIS - FRANCE

www.marque-nf.com

Risque biologique

6

Conforme à l'A.D.R. (Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route).

DECHETS A ELIMINER CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR

www.frontier-group.co.uk
info@hospidexfrance.com

frontiermedical® group