FICHE TECHNIQUE

greiner BIO-ONE

GARROT PRAMETA EASY

/ Référence Greiner Bio-One : GPE

/ Désignation produit : Garrot PRAMETA Easy

Application

Accessoire pour prélèvement sanguin

Fabrication

Pays de fabrication : Allemagne
Nom du fabricant : Prämeta
Code fournisseur : 161806
Certification : SO 9001 : 2000

Conditionnement

Conditionnement : Boite de 1 pièce
Sous-conditionnement : sans
Minimum de vente : Boite de 1 pièce

Traçabilité

N° de lot :

Constitution exemple : 0905A
09 : année de production (2009)
05 : semaine de production
A : traçabilité interne

Localisation : Carton + boîte
Date limite d'utilisation : Garantie 2 ans

Qualité bactériologique

Non stérile

Assurance qualité

Normes et directives :
Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la 2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux. Classe I

Spécifications

Matière : tissu mélange de fils de coton, polyamide et latex
Dimensions : Longueur de la bande : 570 ± 10 mm et Largeur de la bande : 23 mm
Informations complémentaires :
- Radioactif : non
- Usage unique : non
- Latex : avec

Mode d'emploi

1. Placer le garrot à l'endroit de la ponction. Encliquer le bloc de fixation « Easy » dans la boucle métallique.
2. Placer le canal ouvert du bloc de fixation « Easy » en regard de la veine à ponctionner et le tenir d'une main. De l'autre, tirer le bout de la bande jusqu'à l'obtention de la tension souhaitée.
3. Ponctionner juste devant le canal ouvert du bloc de fixation « Easy ». Grâce à ce canal ouvert, l'injection est possible, même sans réduction de la stase.
4. Pour réduire progressivement la stase, appuyer sur le poussoir de la boucle métallique.
5. Pour défaire le garrot, appuyer sur le bloc de fixation « Easy ».

- Particularité : la veine de ponction reste non-stasé, ce qui entraîne une évacuation de toute régression de veineuse, c'est-à-dire, élargissement sensible de la veine ponctuée, en même temps qu'une augmentation importante de la vitesse du flot sanguin.

Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées.

Greiner Bio-One SAS France
3 à 7 avenue du Cap Horn / 91940 Courtabœuf / France
TEL +33 (0) 1 69 86 25 25 / E-MAIL accueil.france@gbo.com

greiner BIO-ONE

Désinfection

Recommandations d'usage et limites d'utilisation :

- Stérilisation par immersion 15 minutes dans une solution contenant de l'alcool (glucoprotamines et aldehydes)
- Concentration habituelle de la dissolution : 0,5%
- Rinçage
- Séchage
- Fréquence : selon les besoins

Photo

Greiner Bio-One SAS France
3 à 7 avenue du Cap Horn / 91940 Courtabœuf / France
TEL +33 (0) 1 69 86 25 25 / E-MAIL accueil.france@gbo.com