



MiniCollect® CAT serumrør (sep)

For in vitro-diagnostisk bruk

Bruksanvisning



Tiltent bruk

Brukes til å ta prøve av, transportere, separere og behandle kapillærblod for å teste serum i kliniske laboratorier.

Produktbeskrivelse

MiniCollect® er ikke sterile lavvolumsrør i plast uten vakuum med integrert oppsamlingsøse. Korken er fargekodet for å vise hvilke tilsetningsstoffer som finnes i ulike konsentrasjoner, avhengig av rørtype og angitt volum.

MiniCollect® CAT serumrør inneholder en blodkoagulasjonsaktivator som aktiverer koaguleringsprosessen. Serumrør må få koagulere i oppreist stilling i minst 30 minutter før sentrifugering. Serumseparasjonsrørene inneholder en gel i bunnen av røret som beveger seg oppover under sentrifugering og danner en stabil barriere mellom koagelet og serumet.

Produktet skal brukes av helsepersonell med relevant opplæring og i henhold til disse instruksjonene.

Rørtype	Matriks	Korkfarge
MiniCollect® CAT serumrør – ikke tilgjengelig i USA	Kapillærblod	Rød
MiniCollect® CAT serumrør med gel – ikke tilgjengelig i USA	Kapillærblod	Gullfarget

Produktversjoner

MiniCollect® rør med valgfrie bærerør på 13 x 75 mm (klare, gule)

MiniCollect® komplette rør med premonterte bærerør på 13 x 75 mm

Oppbevaring før bruk

Rør oppbevares ved 4–25°C (40–77°F). Skal ikke utsettes for direkte sollys. *Overskridelse av den anbefalte makstemperaturen for oppbevaring kan føre til forringet rørkvalitet (dvs. farging, osv.)*

Prøvestabilitet og oppbevaring

Informasjon om rett prøvemateriale, riktig oppbevaring og stabilitet, vil kunne finnes i instrumentes analysespesifikasjon eller litteratur. Serum må skilles fra celler innen 2 timer, enten ved sentrifugering av et gelrør eller ved å overføre serum til en sekundær beholder hvis ikke et gelrør benyttes.

Forholdsregler/forsiktighetsregler

- Rørene skal ikke benyttes dersom det er fremmedlegemer tilstede.
- Hånder alle biologiske prøver og prøvetakingsutstyr i henhold til lokale rutiner og retningslinjer.
- Oppsøk helsepersonell ved eventuell eksponering for biologiske prøver.
- Kontroller alle rør før bruk for å bekrefte at det er riktig produkt og tilstrekkelig holdbarhet. Ikke bruk rør etter at holdbarhetsdatoen er utløpt.
- Laboratoriet har det endelige ansvaret for å kontrollere at bytte fra ett rør til et annet ikke påvirker de analytiske resultatene fra pasientprøver i signifikant grad.
- Kun til engangsbruk.
- For å forhindre forurensing eller lekkasje må du unngå at det kommer blod i fordypningen rundt øsen i den øvre kanten på røret, før du lukker rørene. Hvis det er kommet blod i fordypningen, anbefales det å rengjøre den før røret lukkes.

Gjelder kun for EU-land: Skulle det oppstå alvorlige hendelser i forbindelse med produktet, må disse rapporteres til produsenten og den relevante myndigheten i landet der brukeren/pasienten holder til.

Prøvetaking og håndtering

Nødvendig utstyr som ikke medfølger

- Etiketter for positiv pasientidentifikasjon av prøver
- For å teste bilirubin, må rørene fra **MiniCollect®** brukes sammen med det gule bærerøret eller annen ytre beskyttelse.
- Hansker og egnet bekledning for å beskytte mot eksponering for blodbårne patogener
- Alkoholserviett
- Tørt gasbind (tupfer)
- Oppvarmingsenhet hvis aktuelt, avhengig av nødvendig blodvolum og testen(e) som skal utføres
- Selvklebende plaster eller bandasje
- Avfallsbeholder for biologisk risikoavfall
- Sikkerhetslansett

Anbefalt rekkefølge av rør (basert på CLSI GP42-A6)

Hvis det skal tas flere prøver, inkludert EDTA-prøver, tas EDTA-prøven først for å sikre tilstrekkelig volum og nøyaktige hematologiske testresultater. Deretter tas prøver med andre additiver. Serumprøver tas sist.

- 1 EDTA
- 2 Heparin/heparin (sep)
- 3 Rør for glukosehemming
- 4 Serum/serum (sep)

Fjerning av kork

Det riflede området rundt toppen av røret viser hvor korken skal åpnes. Fjern korken ved å presse den forsiktig oppover. Trekantindikatoren er plassert på motsatt side av oppsamlingsøsen.

Blodprøvetaking

For oppsamling av blod ved hudpunksjon må du se bruksanvisningen for lansettenheten som brukes.

Blodstrømmen fra hudpunksjonsstedet økes ved å holde punksjonsstedet vendt nedover. Den første blodråpen bør tørkes bort med gasbind hvis det er hensiktsmessig for testmetoden, da den sannsynligvis inneholder overflødig vevsvæske. Trykk forsiktig i flere omganger mot det omkringliggende vevet (eller nært stikkstedet dersom du benytter en finger). Kraftig, gjentatt trykk (melking) må ikke utføres. Det kan føre til hemolyse eller vevsvæskkontaminering av prøven og ha negativ påvirkning på testresultatene.

Blodråper må få strømme fritt inn i røret og ned veggene på røret fra **MiniCollect**[®]. Bank røret forsiktig mot en hard overflate dersom en dråpe setter seg fast i øsen eller for å blande innholdet etter hvert som prøven samles opp. Ikke rist, og unngå å knipse på det åpne røret. Observer fyllmerket for korrekt fylling av rør. Etter oppsamling lukker du rørene med den originale hetten. Et hørbart klikk indikerer at det er lukket riktig. Vend røret til blodet er helt blandet med tilsetningsstoffet (ca. 8–10 ganger). Kraftig risting kan forårsake skumming og hemolyse. Pasienten må kunne identifiseres, og pasientens blodprøve må være riktig merket på prøvetakingstidspunktet. Prøven må merkes umiddelbart etter prøvetaking og blanding.

Sentrifugering











Blod i serumrør må få koagulere i oppreist stilling i minst 30 minutter før sentrifugering.

Kontroller at rørene er riktig plassert i sentrifugen. **MiniCollect**[®] rør anbefales sentrifugert ved 3000 g i 10 minutter. Andre sentrifugeringsinnstillinger må valideres av brukeren. Anbefalt temperatur ved sentrifugering er 15–24°C (59–75°F). Det anbefales ikke å sentrifugere separasjonsrør om igjen når barrieren har blitt dannet. Barrierer er mer stabile når rørene sentrifugeres i sentrifuger med horisontale utovervendende rotor "swing-out" i stedet for sentrifuger med hoder med fast vinkel.

Avfallshåndtering


- Generelle retningslinjer for hygiene samt offentlige forskrifter for korrekt avfallshåndtering av infisert materiale skal respekteres og følges.
- Bruk alltid hansker ved blodprøvetaking og kassering.
- Kontaminerte eller fylte blodinnsamlingsrør må kasseres i egnede risikoavfallsbeholdere, som deretter kan autoklaveres og forbrennes.

Etikettinformasjon

	Produsent		Temperaturgrense
	Utløpsdato		Må ikke brukes på nytt
	Partikode		Se bruksanvisningen
	Katalognummer		In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr
	Reseptbelagt enhet (USA)		Beskyttes mot sollys

Litteratur

CLSI. *Collection of Capillary Blood Specimens*. 7. utgave CLSI standard GP42. Clinical and Laboratory Standards Institute; 2020.

 Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster, Austria

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Tlf.: +43 7583 6791

Vedlegg – Endringslogg siden siste revisjon

Plassering i dokumentet

Forholdsregler/forsiktighetsregler
Forholdsregler/forsiktighetsregler
Sentrifugering
Sentrifugering
Informasjon på etiketten
Informasjon på etiketten
Litteratur

Endringsbeskrivelse

Det legges til en forholdsregel angående blod i fordypningen rundt øsen på røret.
Tilføyelse av en merknad om alvorlige hendelser i EU.
Tilføyelse av informasjonen om minimum koaguleringsstid og stående oppbevaring, som allerede var angitt i avsnittet «Produktbeskrivelse».
Tydeliggjøring av at andre sentrifugeringsinnstillinger må valideres av brukeren.
Tilpasning av symbolet *Rx Only* til *Rx Only (USA)*.
Tillegg av symbolet *Hold unna sollys*.
Oppdatering av CLSI-referanse.