

Användningsområde

Används för att samla upp, transportera, förvara och bearbeta kapillärt blod för analys av serum i kliniska laboratorier.

Produktbeskrivning

MiniCollect® rör är icke-sterila lågvolumsprovror i plast utan vakuum med inbyggda uppsamlingsenheter. Förslutningen är färgkodad för att identifiera de tillsatser som förekommer i varierande koncentrationer beroende på typen av rör och angivna volymer.

The **MiniCollect®** CAT serumrör innehåller en blodkoagulationsaktivator som initierar koagulationsprocessen. Serumrör ska tillåtas koagulera upprätt i minst 30 minuter före centrifugering. Serumseparationsrör innehåller en gel i botten av röret som under centrifugering rör sig uppåt och bildar en stabil barriär mellan blodkoagel och serum.

Produkten kan användas av lämpligen utbildad vårdpersonal i enlighet med dessa anvisningar.

| Rörtyp | Provmaterial | Korkens färg |
|---|----------------|--------------|
| MiniCollect® CAT serumrör – ej tillgängligt i USA | Kapillärt blod | Röd |
| MiniCollect® CAT serumseparationsrör (med gel) – ej tillgängligt i USA | Kapillärt blod | Guld |

Produktversioner

MiniCollect®-rör med valfria 13 x 75 mm-bärarrör (genomskinliga, bärnstensfärgade)

MiniCollect® fullständiga rör förmonterade med 13x75 mm ytterrör

Förvaring före användning

Rören ska förvaras vid 4–25 °C (40–77 °F). Undvik exponering i direkt solljus. Om den rekommenderade maximala förvaringstemperaturen överskrids kan det leda till att rökqualiteten försämras (*färg osv.*)

Provstabilitet och provförvaring

Information om rätt provmaterial, förvaringsförhållanden och stabilitet finns i instrumentets analysanvisningar eller litteratur. Serum ska separeras från blodkroppar inom 2 timmar, antingen genom centrifugering av gelrören eller genom att serum överförs till en sekundär behållare, om inte gelrör används.

Försiktighetsåtgärder/varningar

- Rören får inte användas om de innehåller främmande partiklar.
- Hantera alla biologiska prover och bloduppsamlingsenheter enligt din institutions policyer och procedurer.
- Sök lämplig medicinsk vård i händelse av exponering för biologiska prover.
- Kontrollera alla rör före användning för att kontrollera utgångsdatum och att rätt produkt används. Rören får inte användas efter utgångsdatum.
- Laboratoriet är ytterst ansvarigt för att ett byte från en rörtillverkare till en annan inte påverkar patientprovernas analysresultat.
- Endast för engångsbruk.
- För att förhindra kontaminering eller läckage är det viktigt att undvika blod i fördjupningen runt skopan i den övre slangkanten innan slangarna försluts. Om det finns blod i fördjupningen rekommenderar vi att du rengör den innan du stänger slangarna.

Gäller endast för medlemsstater i EU: Om allvarliga incidenter med koppling till produkten inträffar måste dessa rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren/patienten är etablerad.

Tagning och hantering av blodprov

Utrustning som krävs men inte tillhandahålls

- Etiketter för positiv patientidentifiering av prover
- För analys av bilirubin måste **MiniCollect®**-rören användas med ett orange ytterrör eller annat yttre skydd.
- Handskar och passande klädsel som skyddar mot blodburen smitta
- Akolhottuss
- Torr gasväv
- Värmekälla om det är lämpligt, beroende på blodvolymen som behövs och den/de analys(er) som ska utföras
- Förbandsomslag eller plåster
- Avfallsbehållare för potentiellt smittförande material
- Säkerhetslansett

Rekommenderad ordning av provtagning (baserat på CLSI GP42-A6)

Om flera prover ska tas, inklusive EDTA-prover, ska EDTA-provet tas först för att säkerställa korrekt volym och korrekta hematologiska analysresultat. Ta sedan prover med andra tillsatser och till sist serumprover.

- 1 EDTA
- 2 Heparin/heparinsep.
- 3 Rör för glykolyshämning
- 4 Serum/serumsep.

Avtagning av kork

Det räfflade området kring rörets topp anger var korken ska öppnas. Ta av korken genom att trycka den försiktigt uppåt. Triangelindikatorn är placerad mittemot uppsamlingskopan.

Blodprovstagning

För instruktioner om blodprovstagning med hudpunktering, se bruksanvisningen till den lansettanordning som används.

Blodflödet från hudpunktsstället kan ökas genom att hålla punktsstället nedåtriktat. Den första droppen blod bör torkas av med gasväv om den inte krävs för analysmetoden, eftersom den vanligen innehåller en stor andel vävnadsvätska. Tryck varsamt och i omgångar på den omgivande vävnaden (eller nära punkteringsstället om ett finger används). Du får inte trycka hårt och upprepat ("mjölkning"). Det kan leda till hemolys eller att provet förorenas av vävnadsvätska och försämrar analysresultaten.

Låt bloddropparna rinna fritt in i och nedför insidan av **MiniCollect**[®]-röret. Knacka röret varsamt mot en hård yta om en droppe fastnar inuti skopan eller för att blanda innehållet under uppsamling av provet. Skaka inte och ryck inte i det öppna röret. Observera fyllnadslinjen för korrekt fyllning av rören. Efter uppsamling, förslut rören med den ursprungliga korken. Ett hörbart klick anger korrekt förslutning. Invertera tills blodet är fullständigt blandat med tillsatsen (cirka 8–10 ggr). Kraftig skakning kan leda till skumbildning och hemolys. Patienten måste identifieras och patientens blodprov måste märkas korrekt vid provtagningstillfället. Provet måste etiketteras omedelbart efter uppsamling och blandning.

Centrifugering











Blod i serumrör ska tillåtas koagulera helt i upprätt läge i minst 30 minuter före centrifugering.

Kontrollera att rören är korrekt placerade i centrifugens insatser. Vi rekommenderar att **MiniCollect**[®]-rör centrifugeras vid 3 000 g i 10 minuter. Andra centrifugeringsinställningar måste valideras av användaren. Centrifugeringen ska genomföras vid en temperatur på 15–24 °C (59–75 °F). Att omcentrifugera separationsrör när barriären har bildats rekommenderas inte. Med en "swing-out"-rotor i centrifugen erhålls en stabilare gelbarriär jämfört med en vinkelrotor i centrifugen.

Avfallshandtering


- Följ de allmänna hygienriktlinjerna och rättsliga bestämmelser för korrekt kassering av smittförande material.
- Använd alltid handskar vid bloduppsamling och -kassering.
- Kontaminerade eller fyllda blodprovstagningsrör ska samlas i lämpliga avsedda avfallsbehållare för potentiellt smittförande material, som därefter kan autoklaveras och destrueras.

Märkning på produktetiketter

| | | | |
|---|----------------------------|---|--------------------------------------|
|  | Tillverkare |  | Temperaturgräns |
|  | Utgångsdatum |  | Får inte återanvändas |
|  | Batchnummer |  | Läs bruksanvisningen |
|  | Katalognummer |  | In vitro-diagnostisk medicinsk enhet |
|  | Receptbelagd produkt (USA) |  | Skyddas mot direkt solljus |

Litteratur

CLSI. *Collection of Capillary Blood Specimens*. 7th ed. CLSI standard GP42. Clinical and Laboratory Standards Institute; 2020.

 Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster, Austria

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefon +43 7583 6791

Bilaga – Logg över ändringar sedan senaste revision

Plats i dokumentet

Försiktighetsåtgärder/varningar
Försiktighetsåtgärder/varningar
Centrifugering
Centrifugering
Märkning på produktetiketter
Märkning på produktetiketter
Litteratur

Ändringsbeskrivning

Tilläggs av en försiktighetsåtgärd för blod i fördjupningen runt rörets skopa.
Tilläggs av en anmärkning om rapportering av allvarliga incidenter i Europeiska unionen.
Tilläggs av information om minimumkoagulationstid och upprätt förvaring, såsom redan anges i avsnittet "Produktbeskrivning".
Förtydligande om att övriga centrifugeringsinställningar måste valideras av användaren.
Anpassning av symbolen *Rx Only* till *Rx Only (USA)*.
Symbolen *Förvaras skyddad mot solljus* har lagts till.
Uppdatering av CLSI-referens.