

Tilsligtet brug

VACUETTE® QUICKSHIELD Complete er beregnet til anvendelse sammen med **VACUETTE®**-blodprøverør som ét samlet system til brug ved almindelige venepunkturer. Produktet er konstrueret med et sikkerhedsskjold, som kan aktiveres for at dække kanylen øjeblikkeligt efter udførelse af venepunktur for dermed at beskytte mod utilsigtede nålestikskader. Produktet er kun til engangsbrug og bør kun bruges af uddannet sundhedspersonale og i overensstemmelse med denne brugsvejledning.

Produktbeskrivelse

Den sterile **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete** består af en enkelt **VACUETTE® QUICKSHIELD**-sikkerhedsrørholder med en præmonteret **VACUETTE®**-universalkanylen til prøvetagning i en blisterpakning. Den sterile plastrørholder til engangsbrug er konstrueret med et sikkerhedsskjold, som kan aktiveres for at dække kanylen øjeblikkeligt efter udførelse af venepunktur.

Forholdsregler/forsigtighedsregler

1. Brug ikke **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete**, hvis den er beskadiget.
2. Hvis den sterile emballage er beskadiget eller utilsigtet åbnet før brug, må produktet ikke anvendes og skal bortskaffes.
3. En **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete**, der bliver kontamineret med blod, anses som smittefarlig og bør bortskaffes med det samme.
4. Sæt ikke hættten på kanylen igen.
5. Bøj ikke kanylen.
6. Efter udførelse af venepunktur skal den brugte kanylen med **VACUETTE® QUICKSHIELD**-sikkerhedsrørholderen bortskaffes som en samlet enhed i en egnet beholder til skarpe genstande i overensstemmelse med laboratoriets gældende politikker og procedurer.
7. Hold altid hænderne bag kanylen under brug og bortskaffelse.
8. Alle biologiske prøver og skarpe genstande, der har været brugt til blodprøvetagning, skal håndteres i henhold til laboratoriets gældende politikker og procedurer.
9. Søg relevant lægehjælp i tilfælde af eksponering for biologiske prøver (f.eks. i tilfælde af stikskader), da der er risiko for, at sådanne prøver kan overføre HIV, viral hepatitis eller andre infektionssygdomme.
10. Bortskaf alle skarpe genstande, der har været brugt til blodprøvetagning, i beholdere til biologisk farligt affald, der er godkendt til dette formål.
11. Der skal altid bæres handsker under udførelse af venepunktur for derved at nedsætte eksponeringsrisikoen.

Gælder kun for lande, der er medlem af EU: Skulle der opstå alvorlige hændelser i forbindelse med produktet, skal disse indberettes til producenten og den kompetente myndighed i det land, hvor brugeren/patienten er etableret.

Opbevaring før brug

Opbevar rør ved 4 - 36 °C (40 – 97°F).

BEMÆRK: Må ikke udsættes for direkte sollys. Overskridelse af den anbefalede opbevaringstemperatur kan medføre, at holderen beskadiges.

Håndtering

LÆS FØLGENDE OPLYSNINGER, FØR VENEPUNKTUR FORETAGES.

FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR KONTAKT MED BLODET SKAL DER BÆRES HANDSKER UNDER VENEPUNKTUR OG ARBEJDE MED BLODPRØVERØR!


1. Åbn blisterpakningen, og tag produktet helt ud af emballagen.

BEMÆRK: Blisterpakningen indikerer at produktet er sterilt og i hel stand. Hvis blisterpakningen er brudt eller beskadiget, skal **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete** bortskaffes og en ny tages i brug.

BEMÆRK: Bøj ikke kanylen, og brug ikke **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete**-sikkerhedsrørholderen, hvis kanylen er bøjet.

Prikken på kanylehætten angiver placeringen af den affasede kant.

2. Skjoldet kan drejes til den foretrukne position på holderen, hvor det bliver siddende under venepunkturen.
3. Vælg et punktursted. Anlæg stase (maks. 1 min.), og desinficer venepunkturstedet. Venepunkturstedet må ikke palperes efter desinfektion!
4. Anbring patientens arm, så den peger skråt nedad. Fjern kanylehætten. Udfør venepunkturen, mens patientens arm peger nedad og proppen på røret vender opad.
5. Tryk røret ind i **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete**-sikkerhedsrørholderen, indtil kanylen trænger igennem proppens gummimembran. Sørg for at centrere røret i **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete**-sikkerhedsrørholderen, når du stikker det igennem gummiproppen, så du undgår at stikke igennem sidevæggen, hvilket vil medføre tab af vakuum.
6. Fjern stasen, så snart der ses blod i røret. Blodprøven må ikke komme i berøring med rørets gummiprop eller kanylespiden under prøvetagningen. Det betyder, at røret under ingen omstændigheder må vendes på hovedet under prøvetagningen. Hold røret på plads ved hjælp af tommelfingeren, indtil det er helt fyldt.



BEMÆRK: Der kan i nogle tilfælde løbe blod ud ved kanylens gummibeskyttelse. Træf almindelige

sikkerhedsforanstaltninger for at minimere eksponeringsrisikoen.

- Anbring det næste rør i holderen. Sørg for, at blodprøven ikke kommer i berøring med rørets gummiprop eller kanylespidsen under prøvetagningen.
- Så snart blodet stopper med at løbe ind det sidste rør, skal du forsigtigt fjerne kanylen fra venen, idet du trykker mod punkturstedet med en tør, steril vattampon, indtil blødningen stopper. Når blodet koagulerer, kan du evt. sætte et hæfteplaster eller en forbindelse på.


Sæt ikke hæften på kanylen igen! Genmontering af hæften på kanylen øger risikoen for nålestiksskader.

BEMÆRK: Efter venepunktur kan der være overskydende blod i rørets prop. Tag de nødvendige forholdsregler under håndtering af rør for at undgå kontakt med dette blod.

Aktivering af sikkerhedsskjoldet

Følg nedenstående procedurer umiddelbart efter, at du har fjernet kanylen fra venen, for at aktivere sikkerhedsskjoldet, som beskytter mod nålestiksskader.

- Aktivér sikkerhedsskjoldet ved forsigtigt at trykke skjoldet ind mod nålen på et stabilt underlag. Aktivering kan også ske med tommelfingeren eller en anden finger, men i så fald skal tommelfingeren eller den anden finger altid holdes bag skjoldet. (Se A1/A2)
- Der lyder et klik, når sikkerhedsskjoldet er korrekt og fuldt aktiveret. Risikoen for nålestiksskader er dermed næsten fjernet. (B)
- Kassér den brugte kanyle sammen med **VACUETTE® QUICKSHIELD Complete** i en egnet beholder til skarpe genstande. (C)



BEMÆRK: Undlad at udløse eller genaktivere sikkerhedsmekanismen med magt, efter den er blevet aktiveret.

Bortskaffelse

De generelle retningslinjer for hygiejne og lovmæssige bestemmelser vedr. korrekt bortskaffelse af smittefarlige materialer skal respekteres og følges.

Brug af engangshandsker kan reducere infektionsrisikoen.

Forurenede sikkerhedsrørholdere skal bortskaffes umiddelbart efter blodprøvetagningen i dertil egnede affaldsbeholdere til biologisk risikoaffald, som efterfølgende kan autoklaveres og brændes.

Oplysninger på etiketten

	Producent		Steriliseret vha. bestråling		Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget. Se brugsanvisningen
	Anvendes før:		Må ikke genanvendes		Produktionsdato
	Batchkode		Læs brugsanvisningen		Medicinsk udstyr
	Katalognummer		Temperaturgrænse		Ordineret udstyr
	Holdes borte fra sollys		Enkelt sterilt barrieresystem		Autoriseret repræsentant i Schweiz

Forsigtig: I henhold til amerikansk forbundslovgivning må dette produkt udelukkende sælges eller ordineres af en læge.

Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Østrig

Fremstillet i Østrig

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefon +43 7583 6791

Greiner Bio-One Vacuette Schweiz GmbH
St. Leonhardstraße 39
9000 St. Gallen, Schweiz