VACUETTE®

greiner BIO-ONE

CE

ES

Torniquete desechable VACUETTE®
Instrucciones de uso

Uso previsto

El torniquete desechable **VACUETTE**® se utiliza en la extracción rutinaria de sangre para aplicar presión sobre el brazo y facilitar la visibilidad de las venas con el fin de encontrarlas y sentirlas con mayor facilidad. Solo el personal sanitario debidamente formado puede utilizar este producto y dicho uso debe efectuarse de acuerdo con las presentes instrucciones.

Descripción del producto

El torniquete desechable **VACUETTE**® está fabricado con caucho sintético. No está fabricado con látex de caucho natural para evitar alergias e irritaciones cutáneas. Las piezas preperforadas se pueden arrancar fácilmente según sea necesario.

Manipulación



1 Coloque el torniquete de 7,5 a 10 cm por encima del punto de punción.	**2** Envuelva el torniquete desechable **VACUETTE**® alrededor del brazo, cruzando las hebras una por encima de	**3** Inserte la hebra superior por debajo del torniquete cruzado para crear un bucle, sin que se salga el extremo.	**4** Cuando la sangre fluya hacia el primer tubo, afloje el torniquete tirando del extremo derecho hacia arriba.

Si se ha aplicado un torniquete durante más de 1 minuto antes de acceder a la vena, debe soltarse y volver a aplicarse tras 2 minutos antes de realizar la venopunción.[1]

Precauciones/advertencias

- No aplique presiones elevadas que puedan afectar al flujo sanguíneo arterial de la extremidad.
- Retire el torniquete una vez que la sangre empiece a entrar en el primer tubo.
- Una estasis demasiado prolongada y elevada puede provocar una hemólisis.
- No lo utilice sobre piel dañada.
- Deseche el torniquete inmediatamente después de su uso y no lo reutilice.
- La reutilización del torniquete desechable puede provocar enfermedades en el paciente debido a la contaminación cruzada.

Aplicable únicamente a los Estados miembros de la Unión Europea: En caso de que se produzca algún incidente grave en relación con el producto, se deberá informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario o paciente.

Almacenamiento

Temperatura de almacenamiento: hasta 25 °C. Evitar la exposición a la luz solar directa.

Eliminación

Eliminación conforme a las políticas del centro pertinente.

Información de la etiqueta

	Fabricante		Mantener alejado de la luz solar	MD	Dispositivo médico
	Fecha de caducidad		Límite superior de temperatura	CH REP	Representante autorizado en Suiza
LOT	Código del lote		No reutilizar	UK REP	Responsable en Reino Unido
REF	Número del catálogo		Consulte las instrucciones de uso		

Referencias:
[1]CLSI. *Collection of Diagnostic Venous Blood Specimens.* 7th ed. CLSI standard GP41. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2017.

Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Austria

Ubicación de la producción:
Instalaciones de fabricación de Surge Industrial Co., Ltd., 4th Fl. No. 258, Sec. 3, Beishen Road.,
Shenkeng District, New Taipei City 22204 (Taiwán).
Distribuido por Greiner Bio-One GmbH, Austria

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Teléfono +43 7583 6791

CH REP Greiner Bio-One Vacuette Schweiz GmbH
St. Leonhardstraße 39
9000 St. Gallen (Suiza)

UK REP Greiner Bio-One Ltd, Brunel Way, Stroudwater Business Park, GL10 3SX U.K. Stonehouse, Gloucestershire (Reino Unido)

UK CA