VACUETTE®

greiner BIO-ONE

CE

FR

Garrot à usage unique VACUETTE®
Mode d'emploi

Utilisation prévue

Le garrot à usage unique **VACUETTE**® est utilisé pour les prélèvements sanguins de routine afin d'appliquer une pression sur le bras pour faire ressortir les veines et permettre de les localiser et de les sentir plus facilement. Ce produit doit exclusivement être utilisé par un personnel compétent et dans le respect du présent mode d'emploi.

Description du produit

Le garrot à usage unique **VACUETTE**® est fabriqué en caoutchouc synthétique. Il ne contient pas de latex de caoutchouc naturel afin d'éviter les allergies et les irritations cutanées. Les parties préperforées peuvent être facilement arrachées en cas de besoin.

Manipulation



1 Placez le garrot à 7,5-10 cm au-dessus du point de ponction.	**2** Enroulez le garrot à usage unique **VACUETTE**® autour du bras, en croisant les brins l'un sur l'autre.	**3** Placez le brin supérieur sous le garrot croisé pour créer une boucle, sans tirer sur l'extrémité.	**4** Lorsque le sang s'écoule dans le premier tube, desserrez le garrot en tirant sur l'extrémité droite dans un mouvement vers

Si un garrot a été appliqué pendant plus d'une minute avant d'accéder à la veine, il doit être relâché et réappliqué après 2 minutes avant de procéder à la ponction veineuse.[1]

Précautions/Mises en garde

- N'appliquez pas une pression excessive qui pourrait altérer le débit sanguin artériel vers l'extrémité.
- Relâchez le garrot dès que le sang commence à couler dans le premier tube.
- Une stase trop longue ou trop importante pourrait provoquer une hémolyse.
- N'utilisez pas le dispositif sur une peau abîmée.
- Jetez le garrot immédiatement après usage et veillez à ne pas le réutiliser.
- La réutilisation du garrot à usage unique expose le patient au risque de développer une maladie due à une contamination croisée.

Applicable uniquement aux États membres de l'Union européenne : tout incident grave lié au produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur/le patient est établi.

Stockage

Température de stockage : jusqu'à 25 °C. Évitez toute exposition à la lumière directe du soleil.

Mise au rebut

Éliminez le produit conformément aux procédures en vigueur dans votre établissement.

Informations sur l'étiquette

	Fabricant		Conserver à l'abri de la lumière du soleil	MD	Dispositif médical
	Date limite d'utilisation		Limite supérieure de température	CH REP	Représentant autorisé en Suisse
LOT	Code de lot		À usage unique	UK REP	Responsable Royaume-Uni
REF	Référence catalogue		Consulter le mode d'emploi		

Documentation :
[1]CLSI. *Collection of Diagnostic Venous Blood Specimens.* 7th ed. CLSI standard GP41. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2017.

Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Autriche

Site de production :
Usines de fabrication de Surge Industrial Co., Ltd., 4th Fl. No. 258, Sec. 3, Beishen Road.,
Shenkeng District, New Taipei City 22204, Taiwan,
Distribué par Greiner Bio-One GmbH, Autriche

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Téléphone +43 7583 6791

CH REP Greiner Bio-One Vacuette Schweiz GmbH
St. Leonhardstraße 39
9000 St. Gallen, Suisse

UK REP Greiner Bio-One Ltd, Brunel Way, Stroudwater Business Park, GL10 3SX U.K. Stonehouse, Gloucestershire, Royaume-Uni

UK CA