VACUETTE®

greiner BIO-ONE

CE

IT

Laccio emostatico monouso VACUETTE®
Istruzioni per l'uso

Uso previsto

Il laccio emostatico monouso **VACUETTE**® viene usato durante i normali prelievi di sangue per esercitare una pressione sulle vene, in modo da renderle più evidenti e più facilmente palpabili e trovabili. Il prodotto deve essere impiegato solo da personale sanitario adeguatamente formato in base alle presenti istruzioni.

Descrizione del prodotto

Il laccio emostatico monouso **VACUETTE**® è realizzato in gomma sintetica. Non contiene lattice di gomma naturale per prevenire allergie e irritazioni cutanee. Se necessario, le parti preforate possono essere facilmente strappate.

Manipolazione



1 Posizionare il laccio emostatico 7,5–10 cm sopra il sito della puntura.	**2** Avvolgere il laccio emostatico monouso **VACUETTE**® attorno al braccio, incrociando i capi l'uno sull'altro.	**3** Infilare il capo superiore sotto il laccio emostatico incrociato per creare un anello, senza tirare l'estremità.	**4** Quando il sangue fluisce nella prima provetta, allentare il laccio emostatico tirando l'estremità destra verso l'alto.

Se un laccio emostatico viene applicato per un periodo superiore a 1 minuto prima dell'accesso alla vena, si consiglia di allentarlo e applicarlo nuovamente dopo 2 minuti prima dell'esecuzione della venipuntura.[1]

Precauzioni/Avvertenze

- Non esercitare una pressione eccessiva che potrebbe compromettere il flusso di sangue arterioso verso le estremità.
- Rilasciare il laccio emostatico non appena il sangue inizia a fluire nella prima provetta.
- Una stasi eccessiva e prolungata può contribuire all'emolisi.
- Non utilizzare su cute lesionata.
- Smaltire il laccio emostatico subito dopo l'uso e non riutilizzarlo.
- Il riutilizzo del laccio emostatico monouso può portare a malattie per il paziente dovute a contaminazione crociata.

Applicabile solo per gli stati membri dell'Unione Europea: in caso di incidenti gravi in relazione al prodotto, questi devono essere segnalati al produttore e all'autorità competente dello stato membro in cui risiede l'utente/il paziente.

Conservazione

Temperatura di conservazione: fino a 25 °C. Non esporre alla luce solare diretta.

Smaltimento

Smaltire conformemente al regolamento della struttura sanitaria.

Informazioni sull'etichetta

	Fabbricante		Tenere al riparo dalla luce solare	MD	Dispositivo medico
	Data di scadenza		Limite di temperatura superiore	CH REP	Rappresentante autorizzato in Svizzera
LOT	Codice lotto		Non riutilizzare	UK REP	Responsabile nel Regno Unito
REF	Codice articolo		Consultare le istruzioni per l'uso		

Bibliografia:
[1] CLSI. *Collection of Diagnostic Venous Blood Specimens.* 7° ed. CLSI standard GP41. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2017.

Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Austria

Stabilimento di produzione:
Stabilimenti di produzione di Surge Industrial Co., Ltd., 4th Fl. N. 258, Sec. 3, Beishen Road.,
Distretto di Shenkeng, New Taipei City 22204, Taiwan,
Distribuito da Greiner Bio-One GmbH, Austria

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefono +43 7583 6791

CH REP Greiner Bio-One Vacuette Schweiz GmbH
St. Leonhardstraße 39
9000 San Gallo, Svizzera

UK REP Greiner Bio-One Ltd, Brunel Way, Stroudwater Business Park, GL10 3SX U.K. Stonehouse, Gloucestershire, Regno Unito

UK CA