VACUETTE®

greiner BIO-ONE

CE

PT-BRA

Torniquete Descartável VACUETTE®
Instruções de Uso

Indicação de Uso

O Torniquete Descartável **VACUETTE**® é utilizado no procedimento de coleta de sangue de rotina para aplicar pressão no braço e tornar as veias mais proeminentes. O produto deve ser utilizado apenas por profissionais da saúde devidamente treinados de acordo com estas instruções.

Descrição do Produto

O Torniquete Descartável **VACUETTE**® é produzido de borracha sintética. Livre de látex de borracha natural, para evitar alergias e irritação da pele. O torniquete é apresentado em embalagem tipo dispenser, e as peças pré-perfuradas podem ser facilmente destacadas, se necessário.

Manuseio



1 Aplique o torniquete de 7,5 a 10 cm acima do local da punção.

2 Com as duas mãos, passe o Torniquete Descartável **VACUETTE**® ao redor do braço do paciente, cruzando uma

3 Faça um laço frouxo, como indicado na figura.

4 Quando o sangue fluir para o primeiro tubo, afrouxe o torniquete puxando a extremidade direita para cima.

Se o torniquete permanecer no braço por mais de 1 minuto, desamarre e reaplique novamente após 2 minutos, antes de a punção venosa ser realizada.[1]

Cuidados/Precauções

- Não aplique pressões elevadas que possam prejudicar o fluxo sanguíneo arterial para a extremidade.
- Libere o torniquete assim que o sangue começar a fluir para o interior do primeiro tubo.
- Estase muito longa e muito alta pode contribuir para a hemólise.
- Não utilize o torniquete em pele que apresente ferimento.
- Descarte o torniquete imediatamente após o uso, e não o reutilize.
- A reutilização do torniquete descartável pode causar doenças ao paciente, devido à contaminação cruzada.

Aplicável apenas a Estados-Membros da União Europeia: Caso ocorram incidentes graves relacionados ao produto, estes devem ser comunicados ao fabricante e à autoridade nacional responsável do Estado-Membro em que o usuário/paciente está estabelecido.

Armazenamento

Temperatura de armazenamento: até 25 °C. Evite a exposição direta à luz solar.

Descarte

Descarte de acordo com a política da instituição.

Informações da Etiqueta

	Fabricante		Manter protegido da luz solar	MD	Dispositivo médico
	Prazo de validade		Limite superior de temperatura	CH REP	Representante autorizado na Suíça
LOT	Número de lote		Não reutilizar	UK REP	Responsável no Reino Unido
REF	Número do item		Consultar as Instruções de Uso		

Literatura:
[1]CLSI. *Collection of Diagnostic Venous Blood Specimens.* 7th ed. CLSI standard GP41. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2017.

Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Áustria

Local de produção:
Surge Industrial Co., Ltd., 4th Fl. No. 258, Sec. 3, Beishen Road.,
Shenkeng District, New Taipei City 22204, Taiwan,
Distribuído por Greiner Bio-One GmbH, Áustria

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefone +43 7583 6791

CH REP Greiner Bio-One Vacuette Schweiz GmbH
St. Leonhardstraße 39
9000 St. Gallen, Suíça

UK REP Greiner Bio-One Ltd, Brunel Way, Stroudwater Business Park, GL10 3SX U.K. Stonehouse, Gloucestershire, Reino Unido

UK CA

Importador e Distribuidor:
Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
Av. Affonso Pansan, 1967 – Vila Bertini – CEP. 13.473-620 – Americana – SP
Fone +55 19 3468-9600 / FAX +55 19 3468-9601
CNPJ 71.957.310/0001-47 – site: www.gbo.com

Produto de Uso Médico

Responsável Técnico:
Dra. Nádia Camila Gennaro Alves CRF-SP nº 32.272

ANVISA / MS 10290319002

Informações de uso do produto, solicitar via e-mail: suporte@gbo.com