VACUETTE®

greiner BIO-ONE

CE

PT

Torniquete descartável VACUETTE®
Instruções de utilização

Utilização prevista

O torniquete descartável **VACUETTE**® é utilizado em colheitas de sangue de rotina para exercer pressão no braço e fazer sobressair as veias, tornando-as mais fáceis de sentir e encontrar. Este produto deve ser utilizado apenas por profissionais de saúde com formação adequada e de acordo com estas instruções de utilização.

Descrição do produto

O torniquete descartável **VACUETTE**® é fabricado em borracha sintética. Não é fabricado com látex de borracha natural para prevenir alergias e irritações cutâneas. Se necessário, as peças pré-perfuradas podem ser facilmente arrancadas.

Manuseamento



1 Coloque o torniquete 7,5-10 cm acima do local da punção.	**2** Enrole o torniquete descartável **VACUETTE**® à volta do braço, cruzando os fios um sobre o outro	**3** Enfie o fio superior por baixo do torniquete cruzado para criar um laço, sem puxar a extremidade.	**4** Quando o sangue fluir para o primeiro tubo, desaperte o torniquete puxando a extremidade direita para cima.

Se um torniquete tiver sido aplicado durante mais de 1 minuto antes de aceder à veia, deve ser libertado e reaplicado 2 minutos antes de ser realizada a punção venosa.[1]

Precauções/cuidados

- Não aplique pressões elevadas que possam prejudicar o fluxo de sangue arterial para as extremidades.
- Solte o torniquete assim que o sangue começar a fluir para o interior do primeiro tubo.
- Uma estase demasiado longa e elevada poderá resultar em hemólise.
- Não utilizar em pele lesionada.
- Elimine o torniquete imediatamente após a utilização e não o reutilize.
- A reutilização do torniquete descartável pode causar doenças no doente devido a contaminação cruzada.

Aplicável apenas aos Estados-Membros da União Europeia: Caso ocorram incidentes graves relacionados com o produto, estes devem ser comunicados ao fabricante e à autoridade competente no Estado-Membro no qual o utilizador/paciente está estabelecido.

Armazenamento

Temperatura de armazenamento: até 25 °C. Manter afastado da luz solar.

Eliminação

Eliminar de acordo com a política em vigor na sua instituição.

Informações no rótulo

	Fabricante		Manter afastado da luz solar	MD	Dispositivo médico
	Prazo de validade		Limite superior da temperatura	CH REP	Representante autorizado na Suíça
LOT	Código do lote		Não reutilizar	UK REP	Responsável do Reino Unido
REF	Número de catálogo		Consultar as instruções de utilização		

Bibliografia:
[1]CLSI. *Collection of Diagnostic Venous Blood Specimens.* 7ª ed. Norma CLSI GP41. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2017.

Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Áustria

Local de produção:
Instalações de fabrico da Surge Industrial Co., Ltd., 4th Fl. No. 258, Sec. 3, Beishen Road
Distrito de Shenkeng, Nova Taipei 22204, Taiwan,
Distribuído por Greiner Bio-One GmbH, Áustria

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefone: +43 7583 6791

CH REP Greiner Bio-One Vacuette Schweiz GmbH
St. Leonhardstraße 39
9000 St. Gallen, Suíça

UK REP Greiner Bio-One Ltd, Brunel Way, Stroudwater Business Park, GL10 3SX U.K. Stonehouse, Gloucestershire, Reino Unido

UK CA