MiniCollect®

greiner BIO-ONE

CE 0123

Lancetas de Segurança Lancelino MiniCollect®

Instruções de Uso

PT-BRA

Indicação de Uso

As Lancetas de Segurança Lancelino **MiniCollect**® são projetadas para uso na rotina diária de coleta de sangue capilar quando realizada por profissional qualificado. São de uso único e devem ser utilizadas apenas profissionais da saúde devidamente treinados de acordo com as instruções de uso.

Descrição do Produto

As Lancetas de Segurança Lancelino **MiniCollect**® são dispositivos estéreis, de uso único, ativados por contato para punção cutânea. O dispositivo consiste em uma agulha/lâmina de aço inoxidável em um invólucro de plástico e se retrai automaticamente e permanentemente após a punção.

Cuidados/Precauções

- Consulte as políticas e procedimentos da instituição com relação ao manuseio das Lancetas de Segurança Lancelino **MiniCollect**®.
- HBV, HCV, HIV e outas doenças infecciosas podem ser transmitidas através do contato com amostras biológicas. No caso de exposição a amostras biológicas, seguir o protocolo da instituição.
- Descarte todas as Lancetas de Segurança Lancelino **MiniCollect**® em recipientes apropriados para decarte de materiais perfurocortantes
- Use luvas descartáveis durante a punção cutânea e ao manusear tubos para coleta de sangue, para minimizar os riscos de exposição.
- Não utilizar as Lancetas de Segurança Lancelino **MiniCollect**® após a data de validade.
- A tampa de proteção é um sistema de barreira estéril única. Não utilize se a aba de proteção tiver sido danificada ou removida acidentalmente.
- Não reutilize as Lancetas de Segurança Lancelino **MiniCollect**®. A reutilização do produto pode causar infecções ou ferimentos.
- Lancetas com profundidade de punção superior a 2 mm não são recomendadas para uso em crianças com menos de um ano de idade.
- As Lancetas de Segurança Lancelino **MiniCollect**® não são recomendadas para punção calcânea (teste do pezinho, por exemplo).

- Aplicável apenas a Estados-Membros da União Europeia: Caso ocorram incidentes graves relacionados ao produto, estes devem ser comunicados ao fabricante e à autoridade nacional responsável do Estado-Membro em que o usuário/paciente está estabelecido.
- Aplicável apenas à Arábia Saudita: Caso ocorram incidentes graves relacionados ao produto, devem ser relatados ao fabricante e à Autoridade Saudita de Alimentos e Medicamentos (SFDA).

Armazenamento

Temperatura de armazenamento recomendada: 4-36 °C (40-97 °F). Armazene em local seco, longe de calor direto ou excessivo.
***NOTA**: Evitar a exposição direta à luz solar.*

Manuseio

LEIA TODO ESTE DOCUMENTO ANTES DE REALIZAR A PUNÇÃO CUTÂNEA

Materiais Necessários para Coleta da Amostra.
Certifique-se de que os seguintes materiais estejam prontamente acessíveis antes de realizar a punção cutânea:

- Todos os tubos **MiniCollect**® necessários, identificados por tamanho, volume de aspiração e aditivo ou outros recipientes de coleta necessários. ***NOTA:*** Os T*ubos para Coagulação 9NC* **MiniCollect**® *são utilizados apenas para coleta de sangue venoso. Esses tubos não estão disponíveis nos EUA*
- Luvas descartáveis e equipamento de proteção individual.
- Etiquetas para identificação das amostras do paciente.
- Material para antissepsia do local da punção venosa conforme protocolo da instituição.
- Curativo.
- Recipiente adequado para descarte de materiais perfurocortantes.

A versão da Lanceta de Segurança Lancelino **MiniCollect**® deve ser selecionada com base na espessura do tecido do paciente e no volume de sangue necessário.

Cor	Tamanho da agulha ou lâmina / comprimento	Volume de sangue alcançável
Verde-claro (agulha)	30G / 1,2 mm	
Roxo (agulha)	25G / 1,5 mm	
Azul (agulha)	21G / 1,8 mm	
Verde (agulha)	21G / 2,4 mm	
Amarelo (lâmina)	0,8 mm / 2 mm	

Uma toalha morna e úmida (ou outros dispositivos de aquecimento) a uma temperatura não superior a 42 °C (108 °F) pode ser usada para cobrir o local por 3 a 5 minutos.

1 Prepare o local da punção com antisséptico adequado. Após a antissepsia, aguarde até que a área seque adequadamente, para que o antisséptico tenha o efeito desejado. Resíduos do antisséptico podem causar hemólise da amostra, resultados de testes imprecisos e desconforto (ardência) ao paciente.			
			
2 Segure a lanceta firmemente entre os dedos e remova a aba de proteção girando e puxando.	**3** Segure o local da punção com firmeza para evitar movimentos repentinos, e posicione a lanceta no local selecionado. ***NOTA**: As Lancetas de Segurança Lancelino **MiniCollect**® *não são recomendadas para punção calcânea (teste do pezinho, por exemplo)*. Em seguida, pressione suavemente a lanceta contra o local da punção até que seja ativada.	**4** Imediatamente após a punção, remova a lanceta com um movimento para cima e descarte-a em um recipiente apropriado para descarte de materiais perfurocortantes.	**5** Recomenda-se limpar a primeira gota de sangue com uma compressa de gaze, pois é provável que contenha excesso de fluido tecidual. Aplique suavemente pressão intermitente no tecido circundante. Pressão forte e repetitiva (ordenha) **deve** ser evitada, pois pode resultar em hemólise ou contaminação do fluido do tecido da amostra.

***NOTA**: Utilize essas instruções em conjunto com as Instruções de Uso do* Tubo para Coleta de Sangue Capilar **MiniCollect**®*, se necessário*.

Informações da Etiqueta

	Fabricante	STERILE R	Esterilizado por irradiação		Sistema de barreira estéril única com embalagem de proteção externa
	Prazo de validade		Não reutilizar	MD	Dispositivo médico
LOT	Número de lote		Consultar as Instruções de Uso		Manter protegido da luz solar
REF	Número do item		Data de fabricação	CH REP	Representante autorizado na Suíça
	Limite de temperatura		Cuidados		

Literatura:
CLSI. *Collection of Capillary Blood Specimens*. 7th ed. CLSI standard GP42. Clinical and Laboratory Standards Institute; 2020.

Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Áustria

Local de produção:
HTL-STREFA S.A., 95-035 Ozorków,
7 Adamówek St., Polônia
Fabricado na Polônia

Distribuído por Greiner Bio-One GmbH, Áustria

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefone: +43 7583 6791

CH REP
Greiner Bio-One Vacuette Schweiz GmbH
St. Leonhardstraße 39
9000 St. Gallen
Suíça

Importador e Distribuidor: Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
Av. Affonso Pansan, 1967 - Vila Bertini - CEP.13.473-620 - Americana - SP
Fone +55 19 3468-9600 / FAX +55 19 3468-9601
CNPJ 71.957.310 / 0001-47 – site: www.gbo.com

Produto de Uso Médico
Responsável Técnico: Dra. Nádia Camila Gennaro Alves CRF-SP nº 32.272

ANVISA / MS 10290310055
Informações de uso do produto, solicitar via e-mail: suporte@gbo.com