VACUETTE®

greiner BIO-ONE

CE

PT-BRA

Adaptador Padrão
Instruções de Uso

Indicação de Uso

Os Adaptadores Padrão devem ser utilizados apenas com Agulhas Múltiplas para Coleta de Sangue a Vácuo **VACUETTE**® e Agulhas para Coleta a Vácuo VISIO PLUS **VACUETTE**®. Com os Tubos para Coleta de Sangue **VACUETTE**® são utilizados como um sistema em procedimentos de punção venosa de rotina. Este dispositivo deve ser utilizado apenas por profissionais da saúde treinados de acordo com essas instruções.

Descrição do Produto

Os Adaptadores Padrão são de uso único, não estéril e feitos de plástico. Eles são compatíveis com todas as Agulhas **VACUETTE**®, Adaptadores Luer **VACUETTE**® e Escalpes para Coleta de Sangue **VACUETTE**®.

Manuseio

LER ESTAS INFORMAÇÕES ANTES DE REALIZAR A PUNÇÃO VENOSA.
USE LUVAS DURANTE A PUNÇÃO VENOSA E AO MANIPULAR TUBOS PARA COLETA DE SANGUE, PARA MINIMIZAR A EXPOSIÇÃO A PATÓGENOS.

1. Girar a embalagem e remover a parte posterior da agulha.

***NOTA**: A etiqueta perfurada não só serve para simplificar a identificação, mas também como um indicador da esterilidade e integridade do produto. Caso as etiquetas apresentem–se danificadas, descarte a agulha e selecione outra que esteja íntegra.*

2. Coloque a agulha no Adaptador Padrão. Certifique-se de que a agulha está firmemente presa de modo que não se solte durante o uso.

***NOTA:** Agulhas mal fixadas podem resultar em dano para a rosca do adaptador e a agulha pode se soltar durante a punção venosa.*

3. Selecionar o local da punção. Aplicar o torniquete (máx. 1 minuto). Realizar a antissepsia no local selecionado. NÃO TOCAR A ÁREA A SER PUNCIONADA APÓS A ANTISSEPSIA!
4. Posicionar o braço do paciente inclinado para baixo. Retirar a proteção da agulha. Realizar a punção venosa com o braço do paciente numa posição inclinada para baixo e a tampa do tubo o mais alto possível.
5. Empurrar o tubo para dentro do adaptador e a agulha irá perfurar a membrana de borracha. Os tubos devem estar centralizados no adaptador para evitar a penetração da parede lateral e posterior perda prematura de vácuo.
6. RETIRAR O TORNIQUETE ASSIM QUE O SANGUE FLUIR NO TUBO. NÃO PERMITA QUE O CONTEÚDO DO TUBO ENTRE EM CONTATO COM A TAMPA OU COM A AGULHA DURANTE O PROCEDIMENTO. Isto é, sob nenhuma circunstância, o tubo poderá ficar de cabeça para baixo durante o procedimento. Sempre segure o tubo com o polegar, pressionando para garantir o preenchimento completo do volume.

***NOTA:** Ocasionalmente, o sangue pode vazar a partir da capa de borracha da agulha. Pratique as precauções universais de biossegurança para minimizar a exposição a patógenos.*

7. Colocar os tubos sucessivamente no adaptador. Assegure–se que o conteúdo do tubo não entre em contato com a tampa ou a ponta da agulha durante a coleta de sangue.
8. Assim que o sangue parar de fluir no último tubo, retire–o e remova cuidadosamente a agulha da veia, em seguida, aplicar o material para hemostasia até o sangramento parar. Uma vez que o estancamento ocorreu, aplicar um curativo, se necessário. NÃO REENCAPE AS AGULHAS. O reencape de agulhas aumenta o risco de acidentes com perfurocortantes.

***NOTA:** Após punção venosa, no topo da tampa pode conter sangue residual. Tome as precauções adequadas ao manusear os tubos para evitar contato com o sangue. Qualquer adaptador que fique em contato com o sangue é considerado material potencialmente infeccioso e deve ser descartado imediatamente.*

9. Descarte o Adaptador Padrão juntamente com agulha em um recipiente apropriado.

Precauções/Cuidados

Precauções
- Verificar o Adaptador Padrão antes de usar.
- Não utilizar o Adaptador Padrão quando danificado.
- Qualquer Adaptador Padrão que seja contaminado com sangue deve ser descartado imediatamente.
- Não reencapar Agulhas **VACUETTE**®;
- Após punção venosa, descartar a agulha usada com o Adaptador Padrão em recipiente apropriado em conformidade com os procedimentos preconizados pela instituição.
- Manter as mãos atrás da agulha durante o manuseio e no descarte.

Cuidados
- Manusear amostras biológicas e materiais "perfurocortantes" para coleta de sangue (lancetas, agulhas, adaptadores luer e o conjunto de agulha e adaptador) de acordo com a política da instituição.
- Obter atenção médica apropriada no caso de ocorrer qualquer exposição a amostras biológicas (por exemplo, através de acidente com perfurocortantes), uma vez que essas amostras podem transmitir HIV (AIDS), hepatite viral ou outras doenças infecciosas.
- Descartar o Adaptador Padrão junto com a agulha, como um conjunto em recipientes apropriados de acordo com a política da instituição.
- Luvas de procedimentos devem ser utilizadas em todos os momentos durante a punção venosa para minimizar o risco de exposição.

***NOTA:** Os Adaptadores Padrão são projetados para uso otimizado com as Agulhas para Coleta de Sangue a Vácuo **VACUETTE**® da Greiner Bio One. O uso de agulhas de outros fabricantes torna-se responsabilidade do usuário.*

***NOTA:** Qualquer incidente grave que ocorrer com o produto, deve-se comunicar o fabricante e a autoridade nacional responsável.*

VACUETTE®

greiner BIO-ONE

Armazenamento

Evitar a exposição direta à luz solar.
Armazenar entre 4-25°C. O armazenamento em temperaturas acima do recomendado pode danificar o produto.

Descarte

- As precauções universais de biossegurança e as diretrizes de descarte seguro de material infectante devem ser seguidas para o descarte correto do material potencialmente infeccioso.
- O uso de luvas de procedimento é recomendado para evitar o risco de infecção.
- Adaptadores Padrão com agulhas contaminadas devem ser descartadas em recipientes apropriados imediatamente após a coleta de sangue em recipientes de descarte para produtos infecciosos os quais possam ser autoclavados e incinerados.

Informações da Etiqueta

	Fabricante		Limite de temperatura
	Data de validade		Não reutilizar
LOT	Número de lote		Consultar as instruções de uso
REF	Número do item	MD	Dispositivo Médico
	Manter protegido da luz solar		

Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32,
4550 Kremsmünster, Austria

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Phone +43 7583 6791

Importador e Distribuidor:
Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
Av. Affonso Pansan, 1967 – Vila Bertini – CEP. 13.473-620 – Americana – SP
Fone (0xx) (19) 3468-9600 FAX (0xx) (19) 3468-9601
CNPJ 71.957.310/0001-47 – site www.gbo.com

Produto de Uso Médico

Responsável Técnico: Dra. Nádia Camila Gennaro Alves CRF-SP nº 32.272

ANVISA Nº 10290310035

Informações de uso do produto, solicitar via e-mail: suporte@gbo.com