VACUETTE®

greiner BIO-ONE

CE 0123

Agulhas para Coleta de Sangue a Vácuo VISIO PLUS VACUETTE®

PT-BRA

Instruções de uso

Indicação de uso

As Agulhas para Coleta de Sangue a Vácuo VISIO PLUS **VACUETTE**® se destinam a ser utilizadas na rotina diária de coleta de sangue por um profissional qualificado. A câmara de visualização está situada na parte transparente da cânula, o que ajuda o profissional a reconhecer se a punção foi bem sucedida. Projetadas para uso único, só devem ser utilizadas por profissionais da saúde devidamente treinados de acordo com as instruções de uso.

Descrição do Produto

As Agulhas para Coleta de Sangue a Vácuo VISIO PLUS **VACUETTE**® são fabricadas em aço inoxidável e possuem etiqueta de segurança. A etiqueta de segurança garante a identificação e serve também como um selo de integridade. As Agulhas para Coleta de Sangue a Vácuo VISIO PLUS **VACUETTE**® são um produto estéril e de uso único. Este dispositivo não contém componentes fabricados de látex de borracha natural.

Cuidados/Precauções

- O manuseio das Agulhas para Coleta de Sangue a Vácuo VISIO PLUS **VACUETTE**® deve estar de acordo com os protocolos e os procedimentos da instituição.
- HBV, HCV, HIV e outas doenças infecciosas podem ser transmitidas através do contato com amostras biológicas. No caso de exposição a amostras biológicas, seguir o protocolo da instituição.
- Usar luvas durante a punção venosa e ao manusear tubos para coleta de sangue, para minimizar os riscos de exposição.
- Agulha mal fixada pode resultar em dano a rosca do adaptador e a agulha pode se soltar durante a punção venosa.
- Durante o procedimento de coleta de sangue, mantenha o tubo para coleta de sangue pressionando-o no local com o polegar para evitar o retorno e garantir o preenchimento completo do volume.
- Mantenha as mãos atrás da agulha durante todo o processo de utilização e descarte.
- Descartar todas as Agulhas para Coleta de Sangue a Vácuo VISIO PLUS **VACUETTE**® com o adaptador utilizado em recipiente de descarte para materiais perfurocortantes aprovado. Desconectar a agulha do adaptador pode causar acidentes com perfurocortantes.
- Não utilize as Agulhas para Coleta de Sangue a Vácuo VISIO PLUS **VACUETTE**® após sua data de validade.
- Não utilizar a agulha caso a etiqueta de segurança esteja rompida ou danificada, pois a etiqueta serve como indicador de esterilidade e integridade.
- Não reutilizar. A reutilização do produto pode causar infecções ou ferimentos.
- Não reencapar a agulha. O reencape de agulhas aumenta o risco de acidentes com perfurocortantes e infecções.
- Não dobre a agulha. Dobrar a agulha pode causar dor ao paciente, ferimentos com perfurocortantes, pode resultar em contaminação da agulha causando infecções, hemólise da amostra, ou pode causar dano no aço ou na ponta da agulha.
- As Agulhas para Coleta de Sangue a Vácuo VISIO PLUS **VACUETTE**® devem ser utilizadas apenas nos procedimentos de coleta de sangue venoso.

Armazenamento das Agulhas para Coleta de Sangue a Vácuo Visio Plus VACUETTE® antes do uso

Temperatura de armazenamento recomendada: 4-36°C (40-97°F).
***NOTA**: Evitar a exposição direta à luz solar. O armazenamento em temperatura acima do recomendado pode levar a um comprometimento da qualidade das Agulhas para Coleta de Sangue a Vácuo* VISIO PLUS **VACUETTE**®.

Manuseio

Leia todas as instruções antes de realizar a punção venosa.

Materiais necessários para coleta da amostra:
Certifique-se de que os seguintes materiais estejam imediatamente acessíveis antes da realização da punção venosa:

- Tubos para coleta de sangue, com dimensões e aditivos variados ou volumes de preenchimento, conforme necessário.
- Etiquetas para identificação das amostras dos pacientes
- Agulhas para coleta de sangue e adaptadores
  ***NOTA**: As Agulhas para Coleta de Sangue a Vácuo VISIO PLUS* **VACUETTE**® *são projetadas para uso otimizado com os adaptadores da Greiner Bio-One. A utilização de adaptadores de outros fabricantes é de responsabilidade do usuário.*
- Pratique as precauções universais de biossegurança apropriadas para proteção contra exposição a patógenos transmitidos pelo sangue.
- Material para antissepsia do local da punção venosa conforme protocolo da instituição
- Algodão
- Torniquete
- Materiais para promover o estancamento
- Recipiente apropriado para descarte do material perfurocortante utilizado

Técnica de punção venosa

USE LUVAS DURANTE A PUNÇÃO VENOSA E AO MANUSEAR TUBOS PARA COLETA DE SANGUE, PARA MINIMIZAR OS RISCOS DE EXPOSIÇÃO.

- Gire a embalagem e remova a parte posterior da agulha. (Fig.1)
  ***NOTA**: A etiqueta de segurança não só garante a identificação, mas também é um indicador de esterilidade e integridade do produto. Caso as etiquetas se apresentem rompidas ou danificadas, descarte a agulha e selecione outra que esteja íntegra.*


Fig.1

- Fixe a agulha no adaptador. (Fig.2). Certifique-se de que a agulha esteja firmemente presa de modo que não se solte durante a punção venosa.
  ***NOTA**: Agulha mal fixada no adaptador pode resultar em danos para a rosca do adaptador e para a agulha, e a agulha pode se soltar durante a punção venosa. Não dobre a agulha!*


Fig.2

- Selecione o local da punção. Aplique o torniquete (máx. 1 minuto). Selecione o local da punção e realize a antissepsia no local selecionado. NÃO TOCAR A ÁREA A SER PUNCIONADA APÓS A ANTISSEPSIA!


Fig.3

- Coloque o braço do paciente numa posição inclinada para baixo. Remova a proteção da agulha. (Fig.3). Realize a punção venosa com o braço do paciente inclinado para baixo e a tampa do tubo para cima.
- Observe a parte transparente da cânula. O aparecimento de sangue na câmara de visualização irá confirmar o sucesso da punção (Fig. 4).


Fig.4

- Empurre o tubo para dentro do adaptador e a agulha irá perfurar a membrana de borracha. Os tubos devem estar centralizados no adaptador para evitar a penetração da parede lateral e a perda prematura de vácuo (Fig. 5).
- Retire o torniquete assim que o sangue fluir no tubo.
  ***NOTA:** Não permita que o conteúdo do tubo entre em contato com a tampa e nem com a extremidade da agulha durante o procedimento, isto é, sob nenhuma circunstância, o tubo poderá ficar de cabeça para baixo durante o procedimento*.
- Sempre segure o tubo pressionando-o no local com o polegar para evitar o retorno e garantir o preenchimento completo do volume. ***NOTA**: Ocasionalmente, o sangue pode vazar a partir da capa de borracha da agulha. Pratique as precauções universais de biossegurança para minimizar a exposição a patógenos.*


Fig.5

- Coloque os tubos sucessivamente no adaptador. Assegure-se de que o conteúdo do tubo não entre em contato com a tampa ou a ponta da agulha durante a coleta de sangue.
- Assim que o sangue parar de fluir no último tubo, remova cuidadosamente a agulha da veia e aplique pressão no local da punção com o material para estancamento até parar o sangramento.
- Assim que ocorrer o estancamento, aplique um curativo se necessário.
  ***NOTA**: Após a punção venosa, pode conter sangue residual na parte externa da tampa do tubo. Pratique as precauções universais de biossegurança apropriadas ao manusear os tubos para evitar contato com o sangue. Qualquer adaptador contaminado com sangue é considerado material perigoso e deve ser descartado imediatamente.*

Descarte

Descarte a agulha usada e o adaptador em um recipiente de descarte para perfurocortantes apropriado. **NÃO REENCAPE!** O reencape de agulhas aumenta o risco de acidente com perfurocortante.

Informações da etiqueta

	Fabricante		Limite de temperatura
	Data de validade		Não reutilizar
LOT	Número do lote		Consultar as Instruções de Uso
REF	Número de item	STERILE EO	Esterilização por óxido de etileno
	Data de fabricação		

Atenção: A lei federal dos EUA limita a venda deste dispositivo a médicos ou mediante receita médica.

Literatura:
CLSI. *Collection of Diagnostic Venous Blood Specimens.* 7th ed. CLSI standard GP41. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2017.

Local de produção:
Nipro Medical Industries Ltd.,
Tatebayashi Plant, 2-19-64,Matsubara
Tatebayashi-shi, Gumma, 374-8518, Japão,
Fabricado no Japão

Distribuído por Greiner Bio-One GmbH, Áustria

Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Áustria

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefone +43 7583 6791

Importador e Distribuidor :
Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
Av. Affonso Pansan, 1967 – Vila Bertini – CEP. 13.473-620 – Americana – SP
Fone +55 19 3468-9600 / FAX +55 19 3468-9601
CNPJ 71.957.310/0001-47 – Site: www.gbo.com
Produto de Uso Médico
Responsável Técnico: Dra. Nádia Camila Gennaro Alves – CRF-SP nº 32.272
ANVISA / MS 10290310043
Informações de uso do produto, solicitar via e-mail: suporte@gbo.com