PT-BRA

Adaptador Quick Release (Liberação Rápida)
Instruções de Uso

Indicação de Uso

O Adaptador Quick Release é de plástico, não estéril, indicado para ser usado com Agulhas Múltiplas para Coleta de Sangue a Vácuo e Tubos para Coleta de Sangue a Vácuo como um sistema nos procedimentos de punção venosa. Após desinfecção, o Adaptador Quick Release pode ser reutilizado.

Descrição do Produto

O Adaptador Quick Release é reutilizável. Após a punção venosa, a agulha pode ser facilmente liberada do adaptador ao pressionar o mecanismo de liberação rápida para que a agulha seja descartada diretamente dentro do recipiente para descarte de materiais perfurocortantes. O mecanismo de liberação é projetado para retrair-se automaticamente. Recomenda-se o uso único do adaptador. O produto deve ser utilizado apenas por profissionais da saúde devidamente treinados de acordo com essas instruções de uso.

Manuseio

1. Antes do uso, verificar se o Adaptador Quick Release está visivelmente danificado ou contaminado.
   NOTA: Higienizar o adaptador de acordo com o protocolo da instituição ou descartá-lo imediatamente.
2. Encaixar a agulha perpendicularmente no adaptador (girar a agulha no sentido horário). Certifique-se de que a agulha está firmemente encaixada no adaptador.
   NOTA: Não girar a agulha em excesso, pois a agulha pode se soltar durante a coleta! Assegurar de que a posição da agulha esteja completamente em linha reta. Caso contrário, não há garantia de que a agulha permanecerá firme no adaptador.
3. Realizar a coleta de sangue de acordo com o protocolo da instituição.
4. Após a coleta, segurar o Adaptador Quick Release verticalmente sobre um recipiente para descarte de materiais perfurocortantes com a agulha direcionada para baixo, próximo à abertura do recipiente.
5. Descartar a agulha pressionando o dispositivo azul do mecanismo de liberação.
6. Devido às características da mola no mecanismo de liberação, o dispositivo retrai-se automaticamente e está pronto para o próximo uso.
   NOTA: Em alguns países, onde a legislação não proíbe reutilizar adaptadores, o Adaptador Quick Release pode ser utilizado aproximadamente até 100 vezes.

Cuidados/Precauções

- O desempenho do adaptador será conforme indicado se as instruções de uso forem seguidas adequadamente.
- Consultar sempre as instruções de uso de cada acessório individualmente.
- Sempre utilizar luvas durante a coleta de sangue e durante o uso do adaptador.
- Manter as mãos atrás da agulha durante a coleta e descarte.
- Nunca toque no interior do adaptador.
- No momento da inspeção do Adaptador Quick Release antes ou após o uso, se indicar contaminação visível, imergir o adaptador em solução desinfetante (de acordo com o protocolo da instituição) recomendada para produtos médicos.
- Nunca reencapar a agulha. O uso de acessórios de segurança é recomendado.
- Não entortar a agulha.
- Certifique-se do preenchimento correto dos tubos quando utilizar sistema para coleta de sangue a vácuo.

NOTA: Qualquer incidente grave que ocorrer em relação ao produto, deve-se comunicar o fabricante e a autoridade nacional responsável.

Armazenamento

Evitar exposição direta à luz solar. Temperatura de armazenamento: 4-36°C. O armazenamento em temperaturas acima do recomendado pode danificar o produto.

Descarte

As precauções universais de biossegurança e as diretrizes de descarte seguro de materiais infectantes devem ser seguidas de acordo com o protocolo da instituição. Após o uso ou caso o adaptador apresente-se danificado, descolorido, visivelmente contaminado ou apresentar sinais de desgaste, descartá-lo juntamente com os acessórios de uso único em recipiente apropriado para descarte de materiais perfurocortantes.

Informações da Etiqueta

	Fabricante		Limite de temperatura
	Data de validade		Consultar as instruções de uso
LOT	Número do lote	MD	Dispositivo médico
REF	Número do item		Manter protegido da luz solar

Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Austria

Fabricado na Áustria

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefone +43 7583 6791

Importador e Distribuidor:
Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
Av. Affonso Pansan, 1967 – Vila Bertini – CEP. 13.473-620 – Americana – SP
Fone +55 19 3468-9600 / FAX +55 19 3468-9601
CNPJ 71.957.310/0001-47 – Site: www.gbo.com

Produto de Uso Médico
Responsável Técnico: Dra. Nádia Camila Gennaro Alves – CRF-SP nº 32.272
ANVISA / MS nº 10290319012
Informações de uso do produto, solicitar via e-mail: suporte@gbo.com