MiniCollect®

greiner BIO-ONE

CE 0197

TR

MiniCollect® PIXIE Topuk İnsizyonu Güvenlikli Lanset
Kullanım Talimatları

Kullanım Amacı

MiniCollect® PIXIE Topuk Güvenlikli Lanset, kan testi sırasında bebeklerin topuklarından kan örneği almak için kullanılır.

Ürün Tanımı

MiniCollect® PIXIE Topuk Güvenlikli Lanset, topuk insizyonu için steril, tek kullanımlık cihazlardır. Cihaz, plastik bir muhafaza içinde paslanmaz çelik bir bıçaktan oluşur ve insizyondan sonra otomatik ve kalıcı olarak geri çekilir. Cihaz, kılcal damarları kesmek için sarkaç salınımla deriye nüfuz eder.

Önlemler/Dikkat Edilecek Konular

- **MiniCollect®** PIXIE Topuk İnsizyonu Güvenlikli Lansetlerin kullanılmasıyla ilgili olarak lütfen kurumunuzun ilkeleri ve prosedürlerine başvurun.
- HBV, HCV, HIV ve diğer bulaşıcı hastalıklar, biyolojik numunelere temas yoluyla aktarılabilir. Biyolojik numunelere maruz kalma durumunda, ilgili tıbbi müdahalenin yapılmasını sağlayın.
- Tüm **MiniCollect®** PIXIE Topuk İnsizyonu Güvenlikli Lansetleri, atılmaları için onaylanmış olan biyolojik tehlike kaplarına atın.
- Topuk insizyonu sırasında ve kılcal damar kan örneklerini işlerken maruz kalma tehlikesini en aza indirmek için tek kullanımlık eldivenler giyin.
- **MiniCollect®** PIXIE Topuk İnsizyonu Güvenlikli Lansetlerini son kullanma tarihinden sonra kullanmayın.
- Ambalaj açma işlemi öncesinde tetik kilidi mekanizması serbest bırakılmışsa, **MiniCollect®** PIXIE Topuk İnsizyonu Güvenlikli Lansetleri kullanmayın.
- Kutu ambalajı hasarlı ise **MiniCollect®** PIXIE Topuk İnsizyonu Güvenlikli Lansetleri kullanmayın.
- **MiniCollect®** PIXIE Topuk İnsizyonu Güvenlikli Lansetler yalnızca bebeğin topuk insizyon işlemi için önerilir.
- Ürün yalnızca tek kullanımlıktır, tekrar kullanmayın.

Saklama

Kuru ve iyi havalandırılan bir odada saklayın. Ürün toksik, zehirli ve aşındırıcı maddelerle temas etmemelidir.

Kullanım

Bebeğin yaşını ve ağırlığını dikkate alarak uygun cihazın seçimiyle ilgili olarak lütfen CLSI GP42-Ed7'nin önerilerine bakın.

Renk kodu	Derinlik/insizyon uzunluğu	Uygulama
Yeşil	0,65 mm Derinlik / 1,40 mm İnsizyon Uzunluğu	Mikro-premature
Turuncu	0,85 mm Derinlik / 1,75 mm İnsizyon Uzunluğu	Premature
Sarı	1,00 mm Derinlik / 2,50 mm İnsizyon Uzunluğu	Yenidoğan

1		İşaretli bölge içinde bir alan seçin. Alanı önceden ısıtın veya masaj yapın. Alana 3 ile 5 dakika boyunca ısı uygularken en fazla 42°C (108°F) sıcaklıktaki ısıtılmış, nemli bir havlu (veya diğer ısıtma cihazları) kullanılabilir.
2		Topuktaki insizyon bölgesini antiseptik bir bez (%70 izopropil) ile temizleyin ve cildin havada kurumasını bekleyin. Alkol kalıntıları insizyon yapıldığında hastada rahatsızlığa neden olabilir ve alınan kan örneğini etkileyebilir, ör. hemoliz sebebiyle.

4		Güvenlik kilidini aşağı iterek tetik mekanizmasını serbest bırakın.
5		Ayağı, bebeğin kalp seviyesinin üzerine kaldırın. İnsizyon cihazını topuğun üzerine yerleştirin ve cihazın bıçak tarafının deriyle tam temas halinde olduğundan emin olun. Sonra, bıçağı serbest bırakmak için tetiğe basın.
6		Butonu tetikledikten sonra, cihazı hemen bebeğin topuğundan uzaklaştırın ve bir biyolojik kesici atık kutusuna atın.
7		İlk kan damlasının, yüksek ihtimalle aşırı düzeyde doku sıvısı içerdiğinden, steril bir gazlı bezle silinmesi önerilir. Etrafındaki dokuya aralıklı olarak hafifçe baskı uygulayın. Fazla ve tekrarlanan baskı (sağma hareketi) uygulamaktan **kaçınılmalıdır**, çünkü bu durum hemolizle veya numuneye doku sıvısı bulaşmasıyla sonuçlanabilir. CLSI GP42[7]'e göre, mümkünse bebeğin ayağının vücudun geri kalanından biraz daha alçakta konumlandırılması önerilir.
8		Kan alma işleminin ardından, kanama duruncaya kadar insizyon bölgesine kuru, steril bir gazlı bez ile nazikçe baskı yapın.

Etiket Bilgileri

	Üretici	STERILE R	Işınlama yoluyla sterilize edilmiştir
	Son kullanım tarihi		Yeniden kullanmayın
LOT	Parti kodu		Kullanım talimatlarına başvurun
REF	Katalog numarası	MD	Tıbbi Cihaz
	Dikkat	EC REP	Avrupa Topluluğu yetkili temsilcisi
	Üretim tarihi		

Literatür:
CLSI. Kapiller Kan Numunelerinin Alınması. 7. baskı. CLSI standardı GP 4. Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitüsü; 2020.

SteriLance Medical (Suzhou) Inc.
No.168 PuTuoShan Road, New District
215153 Suzhou, Jiangsu, P.R.Çin

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP Lahey
Hollanda

Distribütör:
Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Avusturya

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
Telefon +43 7583 6791