ORDRE DES TUBES

POUR LES INSTRUCTIONS DE MANIPULATION COMPLÈTES

veuillez consulter les Instructions d'Utilisation de chaque produit sur www.gbo.com.

VACUETTE®

Tubes de prélèvement sanguin

basé sur les recommandations CLSI GP41-ED7

1 HÉMOCULTURE

2 CITRATE DE SODIUM/ CTAD*

3 SÉRUM
avec et sans séparateur

4 HÉPARINE
avec et sans séparateur

5 EDTA
avec et sans séparateur

6 INHIBITEUR GLYCOLYTIQUE

7 AUTRES ADDITIFS

* Si une unité de prélèvement sanguin à ailettes est utilisé, le premier tube de la série ne sera pas assez rempli. Par conséquent, si un échantillon de citrate de sodium est prélevé en premier, il est recommandé de prélever un tube de purge (par exemple, sans additif) avant ce tube pour assurer un rapport additif/sang correct. En outre, même si des études ont montré que les tests PT et aPTT ne sont pas affectés s'ils sont prélevés en premier dans une série de tubes, il est conseillé de prélever un second tube pour les autres tests de coagulation, car on ne sait pas si ces tests seront affectés ou non.

NOTE

Respectez toujours les procédures et prenez les précautions générales de travail appropriées et sécurisées lors de l'utilisation et de l'élimination des produits.

Ces informations sur les produits sont destinées exclusivement aux professionnels de santé. Les dispositifs de Greiner Bio-One ne doivent être utilisés que par des professionnels de santé dûment formés, conformément au mode d'emploi correspondant (IFU). Pour une liste des indications, contre-indications, précautions et avertissements, veuillez vous référer au mode d'emploi qui accompagne chaque produit ou qui peut être téléchargé sur notre site Internet à l'adresse www.gbo.com (Plateforme de téléchargement). Pour plus d'informations, contactez votre technico-commercial(e) Greiner Bio-One local ou visitez notre site Internet.

Toutes les informations sont fournies sans garantie malgré un traitement minutieux. Toute responsabilité, garantie ou assurance de Greiner Bio-One GmbH est exclue. Tous les droits, erreurs et modifications sont réservés. Sauf mention contraire, la société Greiner Bio-One GmbH détient tous les droits d'auteur et/ou autres droits (d'utilisation) sur ces documents, en particulier sur les signes tels que les marques (images verbales) et les logos mentionnés. Toute utilisation, duplication ou tout autre usage des droits de Greiner Bio-One GmbH est expressément interdit.
Propriétaire Média : Greiner Bio-One GmbH

www.gbo.com

Greiner Bio-One SAS / 3 à 7 avenue du Cap Horn / 91940 Courtaboeuf / France
TÉL +33 (0)1 69 86 25 25 / **FAX** +33 (0)1 69 86 25 35 / **E-MAIL** accueil.france@gbo.com

Poster Ordre des Tubes fr [rev.03, 04.2021]

greiner BIO-ONE