












Kompatibilität *Sapphire* Pipetten- & Filterspitzen

| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| Volumen [µl] | 10 | 200 | 300 | 1250 | 10 | 20 | 100 | 200 | 300 | 1250 |
| Kat.-Nr. | 771 25X | 737 25X | 738 25X | 750 25X | 771 26X | 773 26X | 737 261 | 737 26X | 738 26X | 750 26X |
| Pipettoren | Standard-Pipettenspitzen | | | | | Filterspitzen (steril) | | | | |
| Biohit® M20 (2 – 20 µl) | | • | • | | | • | • | • | • | |
| Biohit® M200 (20 – 200 µl) | | • | • | | | • | • | • | • | |
| Biohit® Proline (0.5 – 10 µl) | • | | | | • | | | | | |
| Biohit® Proline (200 – 1000 µl) | | | | • | | | | | | • |
| Biohit® Proline M3 (0.1 – 3 µl) | • | | | | • | | | | | |
| Biohit® Proline Plus (20 – 200 µl) | | • | • | | | • | • | • | • | |
| Biohit® Proline Plus (200 µl) | | • | • | | | • | • | • | • | |
| Brand® Transferpette S (0.5 – 10 µl) | • | | | | • | | | | | |
| Brand® Transferpette S (2 – 20 µl) | | • | | | | • | • | | | |
| Brand® Transferpette S (10 – 100 µl) | | • | | | | • | • | | | |
| Brand® Transferpette S (20 – 200 µl) | | • | • | | | • | • | • | • | |
| Brand® Transferpette S (100 – 1000 µl) | | | | • | | | | | | • |
| Capp® (0.5 – 10 µl) | • | | | | • | | | | | |
| Capp® (5 – 50 µl) | | • | • | | | • | • | • | • | |
| Capp® (10 – 100 µl) | | • | • | | | • | • | • | • | |
| Capp® (10 – 100 µl) handle eject | | | • | | | | | • | • | |
| CLP Beta-Pette (0.1 – 2 µl) | • | | | | • | | | | | |
| CLP Beta-Pette (0.5 – 10 µl) | • | | | | • | | | | | |
| CLP Beta-Pette (2 – 20 µl) | | • | | | | • | • | | | |
| CLP Beta-Pette (10 – 100 µl) | | • | | | | • | • | | | |
| CLP Beta-Pette (20 – 200 µl) | | • | • | | | • | • | • | • | |
| CLP Beta-Pette (100 – 1000 µl) | | | | • | | | | | | • |
| CLP Poseidon (0.2 – 2 µl) | • | | | | • | | | | | |
| CLP Poseidon (0.5 – 10 µl) | • | | | | • | | | | | |
| CLP Poseidon (5 – 50 µl) | | • | • | | | • | • | • | • | |
| CLP Poseidon (10 – 100 µl) | | • | • | | | • | • | • | • | |
| CLP Poseidon (20 – 200 µl) | | • | • | | | • | • | • | • | |
| CLP Poseidon (20 – 200 µl) handle eject | | | • | | | | | • | • | |
| CLP Poseidon (100 – 1000 µl) | | | | • | | | | | | • |
| CLP Poseidon Electronic (2 – 20 µl) | • | | | | • | | | | | |
| CLP Poseidon Electronic (10 – 200 µl) | | • | • | | | • | • | • | • | |
| CLP Poseidon Electronic (100 – 1000 µl) | | | | • | | | | | | • |
| Eppendorf® Reference (0.1 – 2.5 µl) | • | | | | • | | | | | |
| Eppendorf® Reference (0.5 – 10 µl) | • | | | | • | | | | | |
| Eppendorf® Reference (2 – 20 µl) | | • | | | | • | • | | | |
| Eppendorf® Reference (10 – 100 µl) | | • | | | | • | • | | | |
| Eppendorf® Reference (50 – 200 µl) | | • | • | | | • | • | • | • | |
| Eppendorf® Reference (100 – 1000 µl) | | | | • | | | | | | • |
| Eppendorf® Reference plus (0.1 – 2.5 µl) | • | | | | • | | | | | |
| Eppendorf® Reference plus (0.5 – 10 µl) | • | | | | • | | | | | |
| Eppendorf® Research (0.1 – 2.5 µl) | • | | | | • | | | | | |
| Eppendorf® Research (0.5 – 10 µl) | • | | | | • | | | | | |
| Eppendorf® Research (2 – 20 µl) | | • | | | | • | • | | | |
| Eppendorf® Research (10 – 100 µl) | | • | | | | • | • | | | |
| Eppendorf® Research (20 – 200 µl) | | • | • | | | • | • | • | • | |
| Eppendorf® Research (100 µl) | | • | | | | • | • | | | |
| Eppendorf® Research (100 – 1000 µl) | | | | • | | | | | | • |
| Eppendorf® Research plus (0.1 – 2.5 µl) | • | | | | • | | | | | |
| Eppendorf® Research plus (0.5 – 10 µl) | • | | | | • | | | | | |
| Eppendorf® Research plus (2 – 20 µl) | • | • | | | • | • | • | | | |
| Eppendorf® Research plus (10 – 100 µl) | | • | | | • | • | • | | | |
| Eppendorf® Research plus (100 – 1000 µl) | | | | • | | | | | | • |

Die Namensrechte der genannten Hersteller sind im Besitz der oben genannten Firmen.

Kompatibilität *Sapphire* Pipetten- & Filterspitzen



| Volumen [µl] | 10 | 200 | 300 | 1250 | 10 | 20 | 100 | 200 | 300 | 1250 |
|---|--------------------------|---------|---------|---------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kat.-Nr. | 771 25X | 737 25X | 738 25X | 750 25X | 771 26X | 773 26X | 737 261 | 737 26X | 738 26X | 750 26X |
| Pipettoren | Standard-Pipettenspitzen | | | | Filterspitzen (steril) | | | | | |
| Finnpipette (0.5 – 10 µl) | • | | | | • | | | | | |
| Finnpipette (2 – 20 µl) | | • | | | | • | • | | | |
| Finnpipette (5 – 50 µl) | • | • | • | | • | • | • | • | • | |
| Finnpipette (20 – 200 µl) | | • | • | | | • | • | • | • | |
| Finnpipette (30 – 300 µl) | | • | • | | | • | • | • | • | |
| Finnpipette (100 – 1000 µl) | | | | • | | | | | | • |
| Finnpipette (200 – 1000 µl) | | | | • | | | | | | • |
| Finnpipette F1 (1 – 10 µl) | • | | | | • | | | | | |
| Finnpipette F1 (10 – 100 µl) | | • | • | | | • | • | • | • | |
| Finnpipette F2 (10 – 100 µl) | | • | • | | | • | • | • | • | |
| Gilson Pipetman P2 | • | | | | • | | | | | |
| Gilson Pipetman P10 | • | | | | • | | | | | |
| Gilson Pipetman P20 | | • | | | | • | | | | |
| Gilson Pipetman P100 | | • | | | | • | • | | | |
| Gilson Pipetman P200 | | • | • | | | • | • | • | • | |
| Gilson Pipetman P1000 | | | | • | | | | | | • |
| Gilson Pipetman Ultra U20 (2 – 20 µl) | | • | | | | • | • | | | |
| Gilson Pipetman Ultra U200 (20 – 200 µl) | | • | • | | | • | • | • | • | |
| Hamilton (0.2 – 2 µl) | • | | | | • | | | | | |
| Hamilton (1 – 10 µl) | • | | | | • | | | | | |
| Hamilton (2.5 – 25 µl) | | • | • | | | • | • | • | • | |
| Hamilton (10 – 100 µl) | | • | • | | | • | • | • | • | |
| Hamilton (30 – 300 µl) | | • | • | | | • | • | • | • | |
| Hamilton (100 – 1000 µl) | | | | • | | | | | | • |
| Nichiryo Nichipet EX (0.5 – 10 µl) | • | | | | • | | | | | |
| Nichiryo Nichipet EX (2 – 20 µl) | | • | | | | • | • | | | |
| Nichiryo Nichipet EX (10 – 100 µl) | | • | • | | | • | • | • | • | |
| Nichiryo Nichipet EX (20 – 200 µl) | | • | • | | | • | • | • | • | |
| Nichiryo Nichipet EX (100 – 1000 µl) | | | | • | | | | | | • |
| Nichiryo Oxford Benchmate II (0.1 – 2 µl) | • | | | | • | | | | | |
| Nichiryo Oxford Benchmate II (2 – 20 µl) | | • | | | | • | • | | | |
| Socorex® Calibra 822 (1 – 10 µl) | • | | | | • | | | | | |
| Socorex® Calibra 822 (10 – 100 µl) | | • | | | | • | • | | | |
| Socorex® Calibra 822 (20 – 200 µl) | | • | • | | | • | • | • | • | |
| Socorex® Calibra 822 (100 – 1000 µl) | | | | • | | | | | | • |
| VWR® Ergonomic High-Performance (2 – 20 µl) | | • | • | | | • | • | • | • | |
| VWR® Ergonomic High-Performance (20 – 200 µl) | | • | • | | | • | • | • | • | |
| VWR® Ergonomic High-Performance (50 – 250 µl) | | • | • | | | • | • | • | • | |
| VWR® Ergonomic High-Performance (100 – 1000 µl) | | | | • | | | | | | • |
| VWR® Ultra High-Performance (0.1 – 2 µl) | • | | | | • | | | | | |
| VWR® Ultra High-Performance (0.5 – 10 µl) | • | | | | • | | | | | |
| VWR® Ultra High-Performance (2 – 20 µl) | | • | • | | | • | • | • | • | |
| VWR® Ultra High-Performance (10 – 100 µl) | | • | • | | | • | • | • | • | |
| VWR® Ultra High-Performance (20 – 200 µl) | | • | • | | | • | • | • | • | |
| VWR® Ultra High-Performance (100 – 1000 µl) | | | | • | | | | | | • |

Die Namensrechte der genannten Hersteller sind im Besitz der oben genannten Firmen.